

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 250T1347178

25.08.2025

Konu: FRESENIUS Marka Hemodiyaliz Cihazı İçin 3 Kalem Yedek Parça Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.09.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet KARABULUT
Baştabip

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI AKIŞ POMPA BAŞLIĞI	2	Adet		
2	SOLENOİD VALVE 1 VE 2 PORT	1	Adet		
3	HEMODİYALİZ RELIEF VALFİ COMPLETE	1	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GEAR PUMP PPS COMPLETE 4008/5008/S TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fresenius Marka 4008S/B Hemodiyaliz cihazına uygun olmalıdır.
2. Parça orijinal olmalıdır.
3. Parça 0-3.5 bar basınç üretmeli
4. 90 derece ısıya dayanıklı yapıda olmalı
5. Bir giriş bir çıkış olmalı
6. Parça içinde basınç üretmeye yarayan ring manget olmalıdır

SOLENOID VALVE 1 VE 2 PORT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fresenius Marka Hemodiyaliz cihazına uygun olmalıdır.
2. Orijinal paketinde olmalıdır.
3. Bir giriş ve bir çıkış özelliğine sahip olmalıdır
4. 24V ile çalışmalıdır

RELIEF VALVE COMPLETE 4008/4008S TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fresenius Marka Hemodiyaliz cihazına uygun olmalıdır.
2. 1 bar giriş olmalıdır.
3. 3bar çıkış olmalıdır
4. Suyun basıncı ayarlayabilme özelliği olmalıdır.

Uygun ATAS
Diyaliz Merkezi
