

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-102
KONU : Mal Alımı Hk.

26.08.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal veya Hizmet alımı işini 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 29.08.2025 tarih saat 10:00'a kadar, **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Sıpanç Kesme Makinesi Bıçağı	Adet	3		

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

SPANC KESME MAKİNESİ İÇİN KESME BIÇAĞI

1. Malzeme ve Yapı:

- Bıçak, yüksek karbonlu paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Bu, korozyona karşı direnci artırırken keskinliğini uzun süre korumasına yardımcı olur.
- Bıçağın üzerinde, sürtünmeyi azaltmak ve daha pürüzsüz bir kesim sağlamak için teflon veya benzeri bir kaplama bulunmalıdır.

2. Boyutlar ve Uyumluluk:

- Kesme bıçağı, Kordon AXGS-300 model mühürleme makinesine tam olarak uyumlu olmalıdır. Makinenin mevcut yuvasına kolayca takılıp çıkarılabilir olmalıdır.
- Bıçak uzunluğu, makinenin mühürleme genişliğine uygun olmalıdır. Bıçak ağzı, 300 mm'den daha geniş olmamalıdır.
- Mevcut bıçak yuvasına tam oturması için kalınlığı ve yüksekliği cihazın orijinal bıçağıyla aynı olmalıdır.

3. Performans:

- Tek seferde 30-40 mikron kalınlığındaki otoklav poşetlerini (sterilizasyon poşetlerini) veya benzeri termoplastik filmleri temiz ve düzgün bir şekilde kesebilmelidir.
- Kesim işlemi sırasında poşetlerde yırtılma veya pürüzlü kenar bırakmamalıdır.
- En az 50.000 döngü boyunca keskinliğini ve performansını koruyabilmelidir.

4. Güvenlik ve Kurulum:

- Bıçak, kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla özel bir koruyucu kaplamaya veya kutuya sahip olmalıdır.
- Montajı ve demontajı kolay olmalı, özel bir alet gerektirmeden yapılabilirdir.

5. Marka ve Üretici:

- Orijinal ekipman üreticisinin (OEM) veya yetkili bayinin ürünü tercih edilmelidir. Aksi takdirde, eşdeğer kalitede ve belirtilen standartları karşılayan bir yedek parça olmalıdır.

6. Belgeler:

- Ürünle birlikte Türkçe kullanım kılavuzu, bakım önerileri ve teknik şartnameye uygunluğunu gösteren belgeler sunulmalıdır.
- Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

Fatih A. Çelik
T.K.Ü.
Jant

Muhammet KURKCU
Tıbbi Sekreter
M. K.