



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 01.09.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SERUM ASKILIKLARI	15	ADET		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>eleskirtdhsatinalma@gmail.com</u>				Teklif Eden	
			/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satin Alımın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

• Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

DEMİR AYAKLI SERUM ASKISI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Serum askısının gövdesi A2mm çapında, taşıyıcı borusu 32mm çapında paslanmaz çelik Borudan İmal edilmelidir.
- 2-Serum askısı dört adet serum kancasına sahip olmalıdır. Kancanın ucu dairesel olarak Şekillendirilmiş olmalıdır
- 3- Serum askısının yüksekliği 1200. 2000 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır Askı Yüksekliğinin sabitlenebilmesi için vida sistemi bulunmalıdır.
- A- Serum askısının gövdesi infüzyon pompasını taşıyabilecek dengeye sahip olmalıdır.
- S-Ayak bölümünde ikisi/ frenli beş adet tekerlek bulunmalıdır
- G- Serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin Dolmasından sonra 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini olmalıdır.
- 7- Üretici firmanın TSE VE ISO sertifikası olmalıdır.
- 8-Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığında onaylı satış sonrası hizmete yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
- 9-Cihaz TS 3888 standardına uygun olup TSE belgeli olmalıdır.
- 10- Serum Askısının Ayak bölümü **Demir** olmalıdır.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHNAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu