

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.08.2025

Sayı:243

Konu: YETİŞKİN VE PEDIATRİK LARİNGOSKOP ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.09.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet Üstü
Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, FİBER OPTİK LARİNGOSKOP SETİ YETİŞKİN VE PEDIATRİK TAKIM			6	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Favori Benzerleri bulun

1/6




trendyol

Aradığınız ürün, kategori veya markayı yazınız

Giriş Yap

Favorilerim

Sepetim



1. TEKNİK ŞARTNAME

Endoskopi Teleskopik Fiber Optik Laringoskop Seti (Yetişkin ve Pediatrik)

1. Kapsam Cihaz seti, hem yetişkin hem de pediatrik hastalarda entübasyon ve hava yolu değerlendirmesinde kullanılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

2. Genel Özellikler Fiber optik ışık iletimi sağlayan, yüksek çözünürlüklü teleskopik sistem olmalıdır.

Görüntü kalitesi yüksek, net, distorsiyonsuz ve geniş açılı olmalıdır.

Cihaz CE belgesine sahip olmalı, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

Tüm set, sterilizasyon ve dezenfeksiyon koşullarına dayanıklı olmalıdır.

3. Optik Sistem

Fiber optik kablo, minimum 10.000 lümen ışık iletim kapasitesine sahip olmalıdır.

Teleskop çapı: Yetişkin için en az 5,0 mm, pediatrik için en az 2,7 mm olmalıdır.

Görüş açısı: minimum 0° ve/veya 70° seçenekli olmalıdır.

Çizilmeye ve kırılmaya karşı güçlendirilmiş optik cam kullanılmalıdır.

4. Işık Kaynağı ve Kablo

LED veya Xenon ışık kaynağı ile uyumlu olmalıdır.

Işık kablosu ergonomik ve kolay değiştirilebilir olmalıdır.

Yüksek ışık iletim verimliliği bulunmalıdır.

5. El Tutma Aparatı ve Gövde

Ergonomik ve kaymaz tutuş sağlayan sap tasarımına sahip olmalıdır.

Yüksek ısıya ve kimyasal dezenfektana dayanıklı medikal çelikten üretilmiş olmalıdır. 6. Set İçeriği

1 adet yetişkin teleskop (5,0 mm çap)

1 adet pediatrik teleskop (2,7 mm çap) 1 adet ışık kablosu 1 adet uyumlu kamera başlığı (varsa)

1 adet taşıma ve saklama çantası Sterilizasyon için uygun aparat ve adaptörler 7. Sterilizasyon

Otoplavda sterilizasyona ve yüksek sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. Tüm parçalar paslanmaz çelik veya tıbbi sınıf dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır. 8. Garanti ve Teknik Servis En az 2 yıl garantiye sahip olmalıdır. 10 yıl süreyle yedek parça ve teknik servis desteği sağlanmalıdır. Yetkili satıcı tarafından kurulumu yapılmalı, kullanıcıya eğitim verilmelidir.

Dr. Gülçin Şeyda AĞSAKAL
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No: 215161
Uzm. Tes. No: 171341

Sorumlu Ebe
Zülistan ATEŞ

Dr. Gülçin Şeyda AĞSAKAL
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No: 203416
Uzm. Tes. No: 167834