

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

29.08.2025

Sayı: 35

Konu: 3 KALEM MAL ALIMI İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.09.2025 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIG
İdari ve Mali İşler
Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI, 35 GR TOZ, 15 ML LİKİT			30	Adet		
2	EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI)			50	Adet		
3	STERİLİZASYON RULOSU 7.5CMX200M İNDİKATÖRLÜ			60	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	1. EL VE CİLT DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ	
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ DEPOLAMA ŞARTLARI KULLANIM YERİ VE ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Alkol bazlı el antiseptiği olmalıdır.2. Su formunda olması istenmektedir.3. El antiseptiği en az % 65-90 oranları arasında n-propanal, ethanol ve isopropanol'den en az ikisinin kombinasyonunu içermelidir.4. Ph değeri 6 -8 arasında olmalıdır.5. Toksik etkisi bulunmamalıdır.6. Alkolün cinsi miktarı, konsantrasyonu, ambalaj üzerinde belirtilmelidir.7. Kuru el temizliği şeklinde, sıvı formda kullanım için tasarlanmış olmalıdır.8. Ürün geniş spektrumlu olup en geç 30 saniye içinde etkin el antiseptisi sağlamalıdır.9. Toksik ve iritan olmamalı, dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır.10. Ürünün mikrobiyolojik aktivite belgesi, etkinlik raporları teklif dosyasına konmuş olmalıdır.11. Ellerde tahriş yapmamalı bu amaçla yumuşatıcı-koruyucu madde içermelidir.12. Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır.Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan malzemenin genel özelliklerini ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün özellikler taşıyan yeni ve değişik versiyonları da teklif edilebilir.13. Muayene komisyonu tarafından muayene süresince tespit edilemeyen, yani zaman içerisinde klinik çalışmaları ile tespit edilebilecek problemlerden dolayı, şartnameye uygun olmadığı görülen sorunlu mal, sorunsuz olan yenisi ile gramaj ve adet farkı olmadan ve hiçbir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.14. Hasta ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmalıdır.Orjinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vs yapıştırılmamalıdır.15. Numuneler ihale komisyonu , ilgili birimin Uzman hekimleri veya diş hekimleri tarafından denenerak, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan, hasta ve hekim memnuniyeti sağlamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. 2-Firma miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Orijinal ambalajında olmalıdır.	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. 2-Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen Numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna Göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, Hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.	
İMZA - KAŞE Dt. Canan DEMİR Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Dr. Canan DEMİR	İMZA - KAŞE Diş Hekimi Tuğçe YILGIRIM Dip. Tes. No: 58999 Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	İMZA - KAŞE Dt. Uğur DUMAN Dip. Tes. No: 54617 Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN
ADI

2. CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

FİZİKSEL VE
KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİKLERİ

1. Kron köprü, inley, onley, vida ve postların sabit olarak yapıştırılmasında kullanılabilir.
2. Mine ve dentine güçlü kimyasal bağlarla bağlanabilir.
3. Düşük film kalınlığı ile diş ve protezin tam adaptasyonunu sağlamalıdır.
4. Ortodontik bantların ve fasetlerin yapıştırılmasında kullanılabilir.
5. Kimyasal olarak sertleşmelidir.
6. Likiti ile karıştırıldıktan sonra yeterli çalışma süresi sağlamalıdır(3 dk içerisinde).
7. Ağız içerisinde uygulandıktan sonra çabuk sertleşmelidir(5-7 dakika içerisinde).
8. Florür salınımı özelliği olmalıdır.
9. Karıştırma süresi 30 sn yi geçmemelidir.
10. Artık maddeler 10-15 dk sonra temizlenebilir.
11. Toz ve likit formları olup , toz bölümü en az 15 gram, likit bölümü ise en az 7 ml olmalıdır.
12. Kaliteli olmalıdır.
13. Radyopak olmalıdır.
14. Ürünlerin kapağında karıştırma ölçüleri belirtilmeli, ölçüğü olmalıdır.
15. Ambalajı içerisinde toz ve likit, ölçek, karıştırma kağıdı olmalıdır.
16. Kullanım amacına uygun olmalıdır.
17. Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalı,
18. İhale alan firma Türkçe kullanma kılavuzu vermek zorundadır.
19. Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan malzemenin genel özelliklerini ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün özellikler taşıyan yeni ve değişik versiyonları da teklif edilebilir.
20. Muayene komisyonu tarafından muayene süresince tespit edilemeyen, yani zaman içerisinde klinik çalışmaları ile tespit edilebilecek problemlerden dolayı, şartnameye uygun olmadığı görülen sorunlu mal, sorunsuz olan yenisi ile gramaj ve adet farkı olmadan ve hiçbir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.
21. Hasta ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmalıdır.Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vs yapıştırılmamalıdır.
22. Numuneler ihale komisyonu , ilgili birimin Uzman hekimleri veya diş hekimleri tarafından denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan, hasta ve hekim memnuniyeti sağlamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ÜRETİM
TARİHİ VE
MİADI

- 1-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 2-Firma miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI

Orijinal ambalajında olmalıdır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

- 1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
- 2-Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen Numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna Göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
- 3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, Hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

Dt. Camal DEMİR
Ağrı Ağız ve Diş Sağ. M. K. Z.
Dip. Tes. No: 47728

Diş Hekimi
Tuğçe YILDIRIM
Dip. Tes. No: 58999
Ağrı Ağız ve Diş Sağ. M. K. Z.

Dt. Uğur DUMAN
Dip. Tes. No: 54617
Ağrı Ağız ve Diş Sağ. M. K. Z.

3. 7,5*200 STERİLİZASYON RULOSU

SMT Temel İşlevi:	1. Sterilizasyon uygulamalarında tıbbi malzemelerin paketlenmesi için tasarlanmış olmalı ve tıbbi malzemenin sterilizasyon sonrasında kullanımına kadar bakterilerden güvenli korunmasını sağlayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün sterilizasyon rulosu veya sterilizasyon rulosu tyvek tiplerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Ürünün sterilizasyon rulosu tipi için en genişliği; 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm ve boy uzunluğu; 200 m olmalıdır. 4. Ürünün sterilizasyon rulosu tyvek tipi için en genişliği; 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm ve boy uzunluğu; 70 m olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün rulo halinde olmalıdır. 6. Ürünün bir tarafı en az 60 g/m ² ağırlığında medikal kâğıt, bir tarafı kopolimer filmden imal edilmiş olmalıdır. 7. Ürünün kenar kaynak direnci averaj değeri en az 3 (üç) Newton olduğu belgelenmelidir. 8. Ürün filmi şeffaf veya renklendirilmiş olmalıdır. 9. Sterilizasyonun korunması için rulo açılırken; sterilizasyon rulosunun film kısmı kâğıttan ayrılarak yırtılmamalı, kâğıttan partikül koparmamalı ve kâğıt üzerinde film kalmamalıdır. 10. Ürünün üzerinde açılış yönünü gösteren bir simge bulunmalıdır. 11. Ürünün üzerinde en az 2 (iki) adet indikatör bulunmalıdır (Buhar ve etilen oksit işlem indikatörleri, hidrojen peroksit tiplerde hidrojen peroksit indikatörü bulunmalıdır). 12. Ürünün bariyer kısmı en az 3 (üç) sıra veya en az 7 (yedi) mm kalınlığında olmalıdır. 13. Ürün ile ilgili bilgiler bariyer kısmında bulunmalı, diğer bölgelerde herhangi bir yazı olmamalıdır. 14. Ürün toksik olmamalıdır.



3. 7,5*200 STERİLİZASYON RULOSU

	<p>15. Ürün filmi beş katlı olmalı ve Türkiye'de akredite edilmiş bir kurum veya üniversiteden alınma test raporları ile sunulmalıdır.</p> <p>16. Ürün temiz oda ortamında üretilmiş olmalı ve partiküller oranları analiz raporu ile belgelenmelidir.</p> <p>17. Sterilizasyon rulusunun tyvek tiplerinde ürün kenarlarında en az 2 adet lamine film kanalları olmalı, film kalınlığı minimum 55(5±) mikron olmalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>18. Üretici ISO 10993-5 standardına göre harici ve akredite edilmiş bir laboratuvarından sitotoksisite test raporunu sağlamalıdır.</p> <p>19. Ürünün miadı 5 yıl olmalı ve sterilizasyon ruloların 5 yıllık miadı boyunca steril bariyer özelliğini koruduğuna dair yaşlandırma sonrası yapılmış sızdırmazlık testi sonucunda çıkmış geçerli sonucu gösterir analiz raporu olmalı ve belgelenmelidir.</p> <p>20. Ürünün 5 yıllık miadı boyunca işlem indikatörlerinin özelliklerini koruduğuna dair yaşlandırma sonrası ISO 11140-1'e göre yapılmış indikatör performans testi sonucunda çıkmış geçerli sonucu gösterir analiz raporu ve bu indikatörlerin 6 ay rengini koruduğuna dair analiz raporu olmalı ve belgelenmelidir.</p> <p>21. Ürün buhar sterilizasyonu sonrasında en az 6 ay boyunca sterilliğini koruduğuna dair belge bağımsız bir mikrobiyoloji laboratuvarından alınmış olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.</p> <p>22. Ürün TS EN 868-5 belgesi bulunmalı ve belge akredite bir kuruluştan alınmış olmalıdır.</p> <p>23. Hidrojen peroksit cihazlarında kullanılan ürün tiplerinin kullanım amacı ve özelliği istenildiğinde belgelendirilmelidir.</p> <p>24. Ürün üzerinde lot numarası, ebat ve standartlarla ilgili bilgi olmalıdır.</p>

Dr. Feri DUMAN
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Ağrı / Ağrı / 0444 47726

Diş Hekimi
TUĞBA YILDIZIM
Dip. Tes. No: 58999
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Dt. Uğur DUMAN
Dip. Tes. No: 54617
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi