

PNÖMOTORAKS SİMÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Maket özellikle torakstan hava çıkışını göstermek amaçlı imal edilmiş olmalı,
- 2.Pnömotoraks simülatöründe enjeksiyon kullanılabilmelidir.
- 3.Model bir gövde yapısında olmalıdır.
- 4.Makette orta klavikuler ve hatta ikinci interkostal aralıktan ve orta aksiller ili 5-6 interkostal aralıktan torokotomi yapılabilmelidir.
- 5.Şişirme pompası ve taşıma çantası ile birlikte teslim edilmelidir.

YETİŞKİN ACİL KRİKOTİROTOMİ UYGULAMA SİMÜLATÖRÜ

- 1.Krikotirotomi simülatörü, acil durumlarda krikotirotomi açılması uygulamasını öğretmek için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2.Trakea anatomisine uygun olmalıdır. Tiroit kıkırdağına, krikoid kıkırdağına, krikotiroid membrana, trakeaya dokunulabilmelidir.
- 3.Model; tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, sağlık meslek yüksek okulları ve hastanelerde eğitim vermek için uygun olmalıdır.
- 4.Dorsal pozisyonu ve boyun uzantısı simüle edebilmelidir.
- 5.Simülatörle, perkütan trakeostomi pratiği yapılabilmeli ve çeşitli insizyonlar seçilebilmelidir; boyuna insizyon, enine insizyon, çapraz insizyon, U tipi insizyon ve ters U tipi insizyon.
- 6.Tirokrikoid ponksiyonu ve krikotirotomi pratiği yapılabilmelidir.
- 7.İğne krikotirotomi entübe uygulaması yapıldıktan sonra kateterin ucundan hava çıkışı gözlemlenebilmelidir.
- 8.Modelin açıklığı sayesinde, içeride yapılan operasyonu gözlemleyebilmelidir.
- 9.Modelle birlikte; Trakea borusu (7 adet;2 adeti manken üzerinde, 5 adeti yedek), Boyun derisi (7 adet;2 adeti manken üzerinde, 5 adeti yedek), 5 ml enjektör (2 adet), Temizleme spreyi (2 adet), Türkçe kullanım kılavuzu (1 adet) verilmelidir.
- 10.Modelin ölçüleri en az: Boy: 33 cm $\pm$ %5 olmalıdır. En: 26 cm $\pm$ %5 olmalıdır. Ağırlık: 2,20 kg $\pm$ %5 olmalıdır.

Rezan BAYRAM
Eğitim Birimi Sorumlusu
Sicil No: K88450

Yasemin DİŞÇİ
Eğitim Birim Sorumlusu
Sicil No: K66478

Hasan ALİPEK
Ağrı İl Ambulans Servisi
Başhekim
Dip. Tel. No: 271826