

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.09.2025

Sayı: 745
Konu: PERFÜZYON CİHAZLARINA UYGUN ENJEKTÖR ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.09.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PERFÜZYON ENJEKTÖRÜ 50 ML DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			200	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PERFÜZYON CİHAZLARINA UYGUN ENJEKTÖR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. Enjektör, lateks ve DEHP içermemelidir.
2. Enjektör, PVC içermemelidir.
3. Enjektöre entegre edilmiş en az 15 m partikül filtreli aspirasyon kanülü olmalıdır.
4. Enjektör, dereceleri enjektör üzerinden rahat okunabilir ve silinmeye dayanıklı işaretli olmalıdır.
5. Enjektör, luer-lock bağlantılı olmalıdır.
6. Enjektör, 50 ml olmalıdır.
7. Enjektör, turuncu renkte yarı-transparan olmalıdır.
8. Enjektörlerin piston arkası tüm perfusor cihazlarına uyacak şekilde imal edilmiştir.
9. Enjektör ve setler kullanım sırasında sızdırmaya yol açmayacak ve en güvenli uygulamaya uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır..
10. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
12. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
13. Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
14. Teslim edilecek enjektör ve line'ların UBB kodları farklı olmalıdır.
15. Bir adet numune gönderilmesi rica olunur .

Uzm. Dr. Sunay Nazal UYMAZ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No. 179713-Uzm.Tes.No. 170033
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İbrahim İsmail
A. Y.

Nuray TOK