

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.09.2025

Sayı: 742
Konu: YAMA TESTİ KUYUCUĞU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.09.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YAMA TESTİ KUYUCUĞU			300	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T. C
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

Yama Testi Kuyucuğu (Chamber) Teknik Şartnamesi

1. Kuyucuklar katkısız polietilen plastik maddesinden üretilmelidir.
2. Bir chamber 10 kuyucuk ihtiva etmelidir. 2 sıra halindeki 5'er kuyucuk hipoallerjenik non-woven yapışkan flaster üzerinde olmalıdır.
3. Kuyucukların olduğu flaster sert plastik bir tabaka ile korunmalıdır.
4. Kuyucukların hacmi 65 µl, alanı ise 9x9 mm = 81mm' dir.
5. Bir sıradaki kuyucuklar arasındaki mesafe 12 mm, sıralar arası ise 20 mm olmalıdır.
6. Flasterin ölçüleri ise 68 mm x 142 mm olmalıdır.
7. Üretimden itibaren 2 yıl milatlı olmalıdır.
8. Steril olmalıdır.
9. Avrupa Birliğinde CE onayı olmalıdır.

Hatice Aslan
Hemşire

14198125
Uzm. Dr. Melek CİHANBEYLEROĞLU
Alerji ve İmmünoloji Uzmanı
Dip. No: Dr. 169070
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T. C

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ
HASTALIKLARI

Yama Testi Kuyucuğu (Chamber) Teknik Şartnamesi

- Kuyucuklar katkısız polietilen plastik maddesinden üretilmelidir.
- Bir chamber 10 kuyucuk ihtiva etmelidir. 2 sıra halindeki 5'er kuyucuk hipoallerjenik non-woven yapışkan flaster üzerinde olmalıdır.
- Kuyucukların olduğu flaster sert plastik bir tabaka ile korunmalıdır.
- Kuyucukların hacmi 65 µl, alanı ise 9x9 mm = 81mm' dir.
- Bir sıradaki kuyucuklar arasındaki mesafe 12 mm, sıralar arası ise 20 mm olmalıdır.
- Flasterin ölçüleri ise 68 mm x 142 mm olmalıdır.
- Üretimden itibaren 2 yıl milatlı olmalıdır.
- Steril olmalıdır.
- Avrupa Birliğinde CE onayı olmalıdır.

Deri prick testi antijeni

1. Antijenler cam ve damlalıklı şişelerde steril ve üzerlerinde ürün kodu, dozajı, son kullanma tarihi etiketlenmiş olmalıdır.
2. Her bir alerjen çeşidinden 80~100 test yapılabilmelidir.
3. Üretiminden itibaren 2-8 °C'de saklanmalı ve teslim edilmelidir.
4. Teslimden itibaren 2 yıl miadlı olmalıdır.
5. Her şişenin üzerinde ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmalıdır.
6. Standardize alerjenler 100BU/ml olmalı ve her alerjenin major alerjen konsantrasyonu (mg/ml) bilinmelidir.
7. Küf mantarları, gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitelyum ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20w/v kuvvetinde olmalıdır.

Hatice Aslan
Hemşire

16108176
Uzm. Dr. Melek CİHANBEYLİK İFAN
Alerji ve İmmünoloji Uzmanı
Dip. No: Dr. 169070
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8. Ürünlerin Sağlık Bakanlığı 'ndan alınmış "kontrol belgesi" ibraz edilebilmelidir.
9. Histamin (5 adet), ev tozu akarı karışımı (5 adet), hamamböceği (5 adet), aspergillus (5 adet), polen karışımları (ağaç: 5, yabani ot:5 , hububat:5 adet), tüy/epitelyum içeren antijen paneli olmalıdır (toplam 35 adet). Bu antijenlerle standardize edilmiş immünoterapi-aşıları- olmalıdır.
10. Histamin kuvveti 1mg/ml olmalıdır.
11. Allerji testi ölçüm cetveli 5 adet ücretsiz verilmelidir.

Hatice Aslan
Hemşire

14/08/2015
Uzm. Dr. Melih CİHANBEYLİ
Alerji ve İmmünoloji Uzmanı
Diy. No: Dr. 169070
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi