



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-287734067
Konu : Teklife Davet

09.09.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **20.000 ADET GLUKOMETRE STRİBİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15.09.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	GLUKOMETRE STRİBİ	ADET	20.000		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Dr. YAŞIN ÇOLAK
Başhekim V.

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E67EC7A2-2D75-47A5-8294-4F1E451CC0EB

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



GLUKOMETRE VE KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hematokrit ölçüm aralığı %20-60 olmalıdır.
2. Kan stribe kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.
3. Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir. İnce olmamalı, kırılıp bükülmemelidir.
4. Şeker ölçüm stripleri açıldıktan sonra en az 60 gün kullanılabilirdir.
5. Stripler Glukometre ile uyumlu olmalı.
6. Stripler kapiller,akteriyel, venöz ve neonatal tam kan örneğinde güvenilir sonuçlar vermelidir.
7. Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.
8. Firma 20 Adet cihaz vermeli

9. Glukometre Cihazının Teknik Özellikleri:

- Cihaz periferik kanda ölçüm yapabilmelidir.
- Cihazın ölçüm aralığı en az (20-500mg/dl) olmalı
- Cihaz az miktarda kan ile (2-4 mikro litre) ölçüm yapabilmeli, kan miktarı yeterli olmadığı takdirde ikinci kez kan ilavesi yapılabilirdi, yeni strip gerektirmemeli
- Cihazın şeker ölçüm süresi 5-10 saniye olmalı
- Cihaz 10-40 C arasındaki çevre ısılarında doğru sonuç verebilmeli
- Ölçüm cihazının en az 1 yıl garantisi olmalı,
- Cihaz üst üste 2 ve daha fazla sayıda ölçüm yaptığıında ölçüm sonuçları arasında tutarlılık olmalı. (%5'lik sapma kabul edilir.)
- Firma en az iki seviye kontrol serumu temin etmelidir.
- Kargo ücreti gönderici firma tarafından karşılanmalıdır.

Emrah ESLEK
Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Teknikeri
Dr.Yaşar Eryılmaz Çiğdemler
Devlet Hastanesi

İbrahim Aksoy Seyithan TARKUR
Lab tek.
Lab tek.