

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.09.2025

Sayı:

Konu: DİYALİZ TUZU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.09.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG			150	Torba		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e_mail:
Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

Sayfa 1

SU ARITMA-YUMUSATMA CİHAZI SU YUMUSATMA TUZU 25 KG (TABLET TUZ)TEKNİKSARTNAMESİ

- 1-Teklif edilen tablet tuzlar 25 kilogramlık iç içe geçmiş çift torba içersinde olmalıdır.
- 2-Ambalaj üzerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından ruhsat tarihi ve numarası, üretim yeri ve tarihi bulunmalıdır.
- 3-Kaliteli rafine edilmiş tuzdan yapılmış olmalı, içeriğinde reçine, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek (tortu, kil, çamur, kum vs.) yabancı maddeler içermemelidir.
- 4-Malzemelerin teslim tarihinden sonra en az 2 (iki) yıl son kullanım miadı olmalıdır.
- 5-Diyaliz Merkezi su arıtma sisteminin rejenerasyonunda kullanılabilir olmalıdır. Pirojenik olmamalıdır.
- 6-Tabletlerde pestisit kalıntısı O(sıfır) olmalıdır.Bu durum analiz raporu (özel veya resmi) ile belgelenmelidir. Analiz raporları aşağıdaki değerleri sağlamalı ; Naci oranı Rutubet Miktarı Suda Erimeyen Madde Asitte Erimeyen Madde Magnezyum :%0.01 :%0.1 :kendine özgü :beyaz renkli ve tablet :%99.9 :%0.14Ca :%0 Sülfat :%0 Koku ve Tat :%0.01 Renk ve görünür Tortu bırakmamalıdır. Fe, Cu, Hg, Zn, As, ve Pb gibi istenmeyen element içeriği en fazla %0.01 olmalıdır.
- 7-Tabletler 5-10gr preslenmiş tabletler halinde olmalıdır. 5
- 8-Tabletler iyon değiştirici su yumuşatma, Reverse osmos ve diyaliz su sistemlerinde kullanılmak için hazırlanmış ultra rafine tablet olmalıdır.
- 9-Tabletler uygun basınçta preslenerek uygun çözünürlükte olmalı, su ile temas ettiğinde hemen çözünmemelidir.
- 10-ISO ve TSE kalite belgeli olmalıdır.
- 11-Solüsyonlarda teknik kullanım yönünden ilerde herhangi bir problem olduğunda eldeki malzemenin uygun malzeme ile değiştirilmesi taahhüdünde bulunmalıdır.
- 12-Hemodiyaliz ünitesinde reverse osmosis su sistemi yumuşatıcıları için kullanılabilir şeffaflık ve kalitede olacaktır.(Rafine tuzdan mamul olacaktır).
- 13-Su geçirmeyecek içi naylonlu çift katlı şekilde ambalajlanmış olacaktır.
- 14-Oda koşullarında saklanabilmelidir.
- 15-Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere numune gönderilmelidir.

Can Deniz DEMİR
Sağlık Teknikeri
Tasarruflu Yeterli

Felehanım
Can

Can Deniz DEMİR
Sağlık Teknikeri
Tasarruflu Yeterli

Yılmaz Sını
Onur Kaya
Demir