



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-288516534
Konu : Teklife Davet

17.09.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ENDOSKOPIK CERRAHİ GİRİŞİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **25.09.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

| S.N | MALZEME ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | SNARE (2.8 MM, OVAL) KEMENT 30 MM | ADET | 2 | | |
| 2 | FİLELİ SNARE | ADET | 2 | | |
| GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ): | | | | | |

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Dr. YASİN ÇOLAK
Başhekim V.

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 660E09C1-A93E-4DD6-917B-420FC3E52587

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



CERRAHİ EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1-2.8 mm çalışma kanalından geçebilecek
- 2-Olympos, Fujinon ve ERBE elektrokoter sistemi ile uyumlu olacak
- 3-Kement genişliği en az 30 mm olacak
- 4-160 cm kolonoskoptan geçebilecek çıkabilecek uzunlukta olacak
- 5- Açılma gücü yeterli olacak
- 6--Disposable olacak
- 7- Kement tipi oval olacak
- 8-Aynı seansda çok defa kullanılırken kement deforme olmayacak
- 9-Firmalar orijinal ambalajında 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli görürse numuneyi kullanacaktır.
- 10-Kement ucu sivri olmayacak
- 11-Teli çok sert olmayacak.
- 12- Fileli snare polip ve yabancı cisimleri endoskopik olarak çıkartmak amacıyla yapılmış olmalıdır.
- 13- Gastroskop ve kolonoskopa çalışmak için değişik uzunluklarda olmalıdır
- 14- Polip ve yabancı cisimleri çıkartmak için çeşitli boylarda olmalıdır (3x6 cm den, 5x8 cm ye kadar)
- 15- Filenin güçlü yapısı olmalı, kolayca hasarlanmamalıdır
- 16- Tek elle manüple edilebilmelidir
- 17- File 2.8 mm çalışma kanalından rahatça geçebilmelidir
- 18-Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır.
- 19-Filenin telinin ucu sivri olmamalıdır.
- 20-Aynı hastada birden fazla kullanılabilmeli,kılıfın içine çekilerek kapatıldığında kılıf dışında açıkta file kalmamalıdır.
- 21- Malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/ 3 ü kadar olmalıdır.
- 22- Son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala miad uzatımı yapılacaktır.
- 23- Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.
- 24- Ambalajların kapanış kısımlarında üretici firma tarafından yapıştırılmış, üzerinde firma logosu, firma ismi, lot numarası, ürün kodu, ürün ismini belirten barkod bulunmalıdır.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Op.Dr.Merve GÜL KASIM
Dip.Tes.No:207548

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Genel Cerrahi
Bart MIHLAYANLAR
Dip.Tes.No: 169730