

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.09.2025

Sayı:255

Konu: STERİLİZASYON YIKAMA CİHAZI 2 KALEM YEDEK PARÇA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.09.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet Uzun
Patnos Devlet Hastanesi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI SOLÜSYON ŞAMANDIRASI			1	Adet		
2	YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI SU TAHLİYE POMPASI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedii) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SU BOŞALTMA MOTORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steelco marka alet yıkama ve dezenfeksiyon cihazına uyumlu olmalıdır.
- 220 Vac ile çalışmalıdır.
- 90 C° ısıya dayanıklı olmalıdır.
- Temini yapan firma tarafından 1 (Bir) yıl boyunca garanti verilmelidir.
- Temini yapan firma tarafından montajı yapılmalıdır.
- Temini yapan firma ürünün arıza vermesi durumunda müdahale esnasında keşif için bulunması gerekmektedir.


Mehmet Demirhan
Dud.


Osman Öztokcu
Sterilizasyon
Osman


OSMAN BAŞBUĞA
Osman

TAHLİYE ŞAMANDRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steelco Marka yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- Agresif sıvılar ,asid,baz, alkaliler,su vb olmalıdır.
- PP12 ,agresif akışkanlara uygun gövde malzemesi olmalıdır.
- Tanka yandan ve dıştan 1/2" G erkek dişli olmalıdır.
- 220,250 V , 1 A , IP67 koruma sınıflı olmalıdır.
- -25 C.....105 C dereceye dayanıklı olmalıdır.
- T.K.T.Y , Normalde açık veya normalde kapalı, 50W /50VA olmalıdır.
- Tanka bağlanırken şamandıra aşağı sarkıkken N.A pozisyon
- Tanka bağlanırken şamandıra yukarı bakarsa N.K pozisyon
- Kablosu 1m , 2x0,5 mm2 kesit olmalıdır.

Mehmet Deminhen


OSMAN BASBOĞAN


Osman Öztolcu
Sterilizasyon




MERKEZ : Aso 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
Alcı Mah. 2036. Cad. No:1
Sincan / Temelli Ankara

TEL : +90(312) 4334226
FAKS : +90(312) 4319122
E-mail: bilgi@ertuncozcan.com
Web : www.ertuncozcan.com
Whatsapp: +90(549) 3015875



ERTUNÇ ÖZCAN
Form No : F.07.05.06
Rev. Tarihi / No : 13.07.2020 / 04

TEKNİK SERVİS : Temelli Aso 2 Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
Alcı (Os) Mah. 2037. Cad No:16a Sincan-Ankara/Türkiye

TEKNİK SERVİS RAPORU

Seri No: 115153

ÜCRETLİ <input type="checkbox"/>	ÜCRETSİZ <input type="checkbox"/>	UZAKTAN ERİŞİM <input type="checkbox"/>	YERİNDE ONARIM <input type="checkbox"/>	FİRMADA ONARIM <input type="checkbox"/>
EĞİTİM <input type="checkbox"/>	MONTAJ <input type="checkbox"/>	TESLİMAT <input type="checkbox"/>	SERVİSE ALINDI <input type="checkbox"/>	
GARANTİ KAPSAMI İÇİNDE <input type="checkbox"/>	GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA <input type="checkbox"/>	BAKIM <input type="checkbox"/>		

TARİH: 01/10/2025	BAŞLANGIÇ SAATİ:	BİTİŞ SAATİ:
MÜŞTERİ ADI : PATNOS DEKET HASTANESİ		
BÖLÜM : M-S-Ü-	E-mail :	
YETKİLİ :	TEL :	

SERİ NO	MARKA	MODEL	KÜNYE NO
1182001	STEELCO	DS700	1008675385

AÇIKLAMA

Yukarıda bilgileri yazılı olan cihazınızın arızalı parçaları tespit edildi.

- Tahliye pompası 1 Adet - Tahliye Şamandıra 1 Adet

Arızalı parçalar yenisi ile değiştirilmelidir.

FİRMA YETKİLİSİ / İMZA

MÜŞTERİ YETKİLİSİ / İMZA

BÜNYAMIN SONUMUT <i>Bünyamin</i>	Osman BAŞBUĞAN <i>Osman Başbuğan</i>
-------------------------------------	---

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

1. Kullanım hatası ve elektrik şebekesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
2. Garanti kapsamı dışında kalan ve arıza olmaksızın yapılan servis taleplerinde tüketiciden servis ücreti alınır.
3. Garanti belgesi ibraz edilmeyen cihazlar için garanti dahili işlem yapılmaz.
4. Cihaza yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde garanti süresi sona erer.
5. Ürünün azami tamir süresi 30 iş günüdür.
6. Servis süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde servisten alınmayan ürünlerden servis sorumlu tutulamaz.



MERKEZ : Aso 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
Alci Mah. 2036. Cad. No:1
Sincan / Temelli Ankara

TEL : +90(312) 4334226
FAKS : +90(312) 4319122
E-mail: bilgi@ertuncozcan.com
Web : www.ertuncozcan.com
Whatsapp: +90(549) 3015875



ERTUNÇ ÖZCAN

Form No : F.07.05.06

Rev. Tarihi / No : 13.07.2020 / 04

TEKNİK SERVİS : Temelli Aso 2 Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
Alci (OsB) Mah. 2037. Cad No:16a Sincan-Ankara/Türkiye

TEKNİK SERVİS RAPORU

Seri No: 116249

ÜCRETLİ <input type="checkbox"/>	ÜCRETSİZ <input type="checkbox"/>	UZAKTAN ERİŞİM <input type="checkbox"/>	YERİNDE ONARIM <input type="checkbox"/>	FİRMADA ONARIM <input type="checkbox"/>
EĞİTİM <input type="checkbox"/>	MONTAJ <input type="checkbox"/>	TESLİMAT <input type="checkbox"/>	SERVİSE ALINDI <input type="checkbox"/>	
GARANTİ KAPSAMI İÇİNDE <input type="checkbox"/>	GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA <input checked="" type="checkbox"/>	BAKIM <input type="checkbox"/>		

TARİH: 11 / 07 / 2025	BAŞLANGIÇ SAATİ:	BITİŞ SAATİ:
MÜŞTERİ ADI : PATNOS DEVLET HASTANESİ		
BÖLÜM : Sterilizasyon	E-mail :	
YETKİLİ :	TEL :	

SERİ NO	MARKA	MODEL	KÜNYE NO
1182001	Stalco	DS 700	1008175395
12555-CM2-230311-03	TRANS	ELITE-S	1007794449
12555-CM2-230311-02	TRANS	ELITE-S	1007794450

AÇIKLAMA

Yukarıda Bilgileri Yazılı Olan Cihazlarınızın Arızalı Parçaları Aşağıda Yazılıda Değişmesi Garantimdedir.

- Tahliye Sonardray = 1 Adet
- Tahliye Pompası = 1 Adet.
- Basın Sensörü = 4 Adet.

FİRMA YETKİLİSİ / İMZA

MÜŞTERİ YETKİLİSİ / İMZA

--	--

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

1. Kullanım hatası ve elektrik şebekesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
2. Garanti kapsamı dışında kalan ve arıza olmaksızın yapılan servis taleplerinde tüketiciden servis ücreti alınır.
3. Garanti belgesi ibraz edilmeyen cihazlar için garanti dahilii işlem yapılmaz.
4. Cihaza yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde garanti süresi sona erer.
5. Ürünün azami tamir süresi 30 iş günüdür.
6. Servis süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde servisten alınmayan ürünlerden servis sorumlu tutulamaz.