



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARI VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
22.09.2025 14:33:50 - E-36472700-948-289022558



289022558

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ İDARI VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 29.09.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ULTRASON/USG/DOPPLER/EKO GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ, DOPPLER SİSTEMİ/ FETAL DOPPLER EL TİPİ	1	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satin Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

FETAL EL DOPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz portatif olup, mono blok gövdeli 2 Mhz'lik proba sahip olacaktır.
- Cihazın üzerinde bebeğin kalp atışını sayısal olarak belirtecek dijital göstergesi olmalıdır
- Cihazın dijital göstergesinde cihazın doğru yerde olup olmadığını belirten işaret - göstergesi bulunmalıdır.
- Cihaz üzerinde ON/OFF düğmesi, ses şiddeti ayar düğmesi bulunmalıdır.
- Cihazın üzerinde kendi hoparlörü bulunmalıdır.
- Cihazla birlikte yumuşak taşıma çantası, ultrason jeli, şarj sistemi ve akü yada şarjlı pilleri verilmelidir.
- Cihaz şarjlı yada normal pil ile çalışabilmelidir
- Cihaz deri/prob sürtünm esinden kaynaklanan parazitleri filtre edebilmelidir.
- Pil seviyesi düştüğünde cihaz kullanıcıyı uarmalıdır.
- Cihaz kullanılmadığında kendini kapatarak pil tasarrufu sağlamalıdır.
- İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
- En az iki yıl garantili olmalıdır.
- Cihazın Üts kaydı olmalıdır.
- Cihaz HBYS ye uyumlu olmalıdır.

Muhammet ARSLAN
Tasınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Yasin TELTAŞ