

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.09.2025

Sayı: 786
Konu: TENS ELEKTRODU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.09.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TENS ELEKTRODU			1500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TENS ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrot üzerinde elektrot kablosunun takılması için en az 2-3 cm uygun soketli kablo girişi olmalıdır.
2. Soket eğilmeye bükülmeye karşı dayanıklı çıtçıtli değil 2 mm standart girişli olmalıdır.
3. Yüzeyi bez kaplı değil silinebilir olmalıdır.
4. Elektrot üzerinde yapışma özelliğini sağlayan jeli olmalıdır.
5. Elektrot en az 15-20 tedavi seansı kullanılabilir olmalıdır.
6. Elektrot 5x5cm (kare) olmalıdır.
7. Elektrot kendinden yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
8. Bir pakette 4 adet elektrot bulunmalıdır.
9. Elektrotlar orijinal poşetinde teslim edilmelidir.
10. Elektrotlar tens uygulaması ile birlikte yapılan sıcak veya soğuk uygulamadan etkilenmemeli yapısı bozulmamalıdır.

~~Fizik Tedavi Teknikeri~~
~~Unut OZCAN~~

Mehmet Taşcı
~~M. Taşcı~~

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm.Dr.Burak UNAL
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Dip.Tesc.No:205659