

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.09.2025

Sayı: 777
Konu: DİAGNOSTİK ANJİYOGRFİK KATATER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.09.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİAGNOSTİK ANJİYOGRFİK KATETER 6F			500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KR1103 - KARDİYOLOJİK DİAGNOSTİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında yapılan tüm diagnostik işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Diagnostik kateter 5F, 6F ve 7F çaplarda olmalı ve hepsi 0.038" guide wire ile uyumlu olmalıdır.
3. Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olmalı, vasküler yapıyı zedelememelidir.
4. Kateterin radyoopak özelliği yüksek olmalıdır.
5. Diagnostik kateterler anatomik ihtiyaçlar doğrultusunda; Judkins, Amplatz, düz ve açılı, Pigtail, Multipurpose, Sones, sağ/sol Safen ve Internal Mammary türlerinde, değişik ebatlarda ve açılarda temin edilebilmelidir.
6. Kateter bire bir tork özelliğine sahip olmalıdır.
7. Kateter gövdesi, torquabilityyi arttırmak için kateter gövdesini güçlendiren özel alaşımdan yapılmış olmalıdır.
8. Kateter vücut ısısında invitro özelliklerini koruyabilmelidir.
9. Manipülasyonlar esnasında olabilecek kırılmalara dirençli olmalı, kolaylıkla kırılmamalıdır.
10. Kıvrımlı ve tortuöz damarda kateterin ilerleyebilme kabiliyeti (trackability özelliği) iyi olmalıdır.
11. Kateterin distal ucu atravmatik, yumuşak, şeklini koruyabilen ve daha fazla görünürlülüğe sahip olmalıdır.
12. Kateter trombojeniteyi azaltma ve kayganlığı sağlamak için uygun bir madde ile kaplı olmalıdır.
13. Kateter proksimal ucunda plastik hub olmalı, bu hub üzerinde kateterin çapı ve tipi yazılı olmalıdır.
14. Kateter 100±5 ve 120±10 cm olmak üzere en az 2 (iki) uzunluk seçeneğine sahip olmalıdır.
15. Kateter en az 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
16. Malzeme TİTUBB belgesine haiz olmalıdır.
17. Kateterler için örnek numune verilmelidir. Numunesini vermeyenler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Sterilizasyon tarihi ürün paketi üzerinde yer almalıdır. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az bir yıl miadlı olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. M. Buhar KÖSE
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 166679