

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.09.2025

Sayı: 778
Konu: MANUEL DOĞUM VAKUM SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.09.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DOĞUM VAKUM ÇAN SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MANUEL DOĞUM VAKUM CİHAZI(KİWİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-TEK STERİL PAKETLER İÇİNDE OLMALIDIR.

2-ÜRÜNÜN VAKUM YAPAN EL POMPASI VE ÇAPI 5CM PLASTİK VAKUM UYGULAYAN BAŞLIK ÇANI VE BU İKİSİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN İÇİÇELİK 16 CMLİK ÇEKME KORDONU VE AYNI ZAMANDA VAKUM KUVVETİYLE BAŞI ÇEKME KUVVETİNİ AYRI AYRI GÖSTEREN İNDİKATÖR MEKANİZMASI OLMALIDIR.

3-ÜRÜNÜN POMPA KISMINDA SADECE BAŞA UYGULANACAK VAKUM BASINCINI GÖSTEREN AYRI BİR MEKANİZMA OLMALIDIR.

4-ÜRÜN POMPA KISMINDA SADECE BAŞI ÇEKMENİN KUVVETİNİ GÖSTEREN AYRI BİR ÇEKME KUVVET İNDİKATÖR MEKANİZMASI OLMALIDIR.

5-EL VAKUM POMPASI VERİLECEK BASINCI BAR /MM,HG,KPA,BAR CİNSİNDE GÖSTERİR OLMALIDIR.

6-EL VAKUM CİHAZI KULLANILDIĞINDA BAŞA UYGULANACAK BASINÇ GÖZTERGESİ BASINCIDOĞUMU YAPTIRAN UZMAN HEKİME BİLGİ VERECEK ŞEKİLDE YEŞİL(UYGUN BASINÇ MİKTARU)KIRMIZI(TEHLİKELİ)RENKLERLE GÖZSTERİR OLMALIDIR.

7-EL VAKUM POMPASI VERİLECEK BASINCI BOŞALTMAK ÜZERE VAKUM BOŞALTMA GÖSTERGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

8-ÜRÜN TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.

9-LATEKS İÇERMEMELİDİR.

10-BİR ADET NUMUNE GÖNDERİLMELİDİR.

Ebe Rümeysa Yaman

YEREL YEREL
YEREL YEREL
YEREL YEREL

Feyza
Dilek Telcin