

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.09.2025

Sayı: 789
Konu: EKG KAĞIDI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Siz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.09.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG KAĞIDI RULO 210 MM X 20 MT			1000	ADET		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kşi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanma şifresi (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanma şifresi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EKG KAĞIDI (RULO ŞEKLİNDE) TEKNİK ŞARTNAME

1. BİOLIGHT marka E80 model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. EKG kağıdı 20m x 210 mm ebatlarında olmalıdır. Termal olmalıdır
3. Ambar biriminden alınan numuneye göre malzeme getirilmelidir.
4. İstenilen EKG kağıdı orijinal kutusunda olmalıdır.
5. Kağıt orijinal olmalıdır.
6. Rulo katlamalı olmalıdır.
7. Milimetrik çizgileri olmalıdır.
8. İstenildiği takdirde numune gönderilmelidir. Numune geri gönderilmeyecek, ihale kazanıldığı takdirde istenen miktarın içinde kabul edilmeyecektir.
9. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

Betül SARIK
Biyomedikal Mühendisi

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi

Birsen Tuzman
Biyomedikal Mühendisi