

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.09.2025

Sayı: **792**
Konu: LAPAROSKOPİK GRASPER FARE DIŞLI (KAVRAYICI) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.09.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LAPAROSKOPİK FARE DIŞLI GRASPİNG (KAVRAMA) FORSEPSİ 5MM/33-35CM			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT1269 LAPAROSKOPİK GRASPER

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün şaftının çapı 5 mm olmalıdır. 3. Ürünün şaftının boyu en az 30 cm olmalıdır. 4. Ürünün çene uzunluğu en az 16 mm, çene açıklığı en az 18 mm olmalıdır. 5. Ürün (kavrayıcı) fare dişli olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Şaft 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. 7. Ürünün tutacının ağız kısmı kademeli ve serbest kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır. 8. Kapanıktan sonra dokuyu bırakmayacak şekilde kilit mekanizması olmalıdır. 9. Ürünün tutamak kısmı kolayca kilitlenebilecek şekilde açılıp, kapanabilen ve ergonomik yapıda olmalıdır. 10. Ürünün uç kısmı rahat kullanım açısından kullanıcının tercihine göre küt, çene iç yüzeyi travmatik tırtıklı olmalıdır. 11. Şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat renkli yalıtkan bir materyalle kaplanmış olmalıdır. 12. Üründeki yalıtkan malzeme monopolar koter esnasında istenmeyen koterizasyona sebep olmaması için tutaçtan çenelerin en az eklemlerine kadar kaplı olmalıdır. 13. Ürünün tutaç kısmı dışardan görülecek şekilde vida ve bunun gibi parçalarla birleştirilmiş olmamalıdır. 14. Ürünün şaftını kaplayan yalıtkan materyal vaka boyunca sürtünme ile yırtılmamalı ve şafttan ayrılmamalıdır. 15. Ürünün ağız operasyon süresi boyunca cerraha aynı performansı sağlamalıdır. 16. Laparoskopik el aletinin üzerinde ürünün hangi el aleti olduğunu temsil eden renk kodu olmalıdır.
Genel	17. Malzemeler, steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

Ayfer Köse

Şebek Bektaş

SMT1269LAPAROSKOPİK GRASPER

Hükümler:	18. Ambalajının üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.
------------------	--

Agfer
[Signature]

Sibel Kalkan
[Signature]