

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.09.2025

Sayı: 797

Konu: GİRİŞ-ÇIKIŞ FİSTÜL BAKIM SETİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.10.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN FİSTÜL GİRİŞ ÇIKIŞ SETİ			1500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT3883 KATETER BAKIM SETİ, GİRİŞ ÇIKIŞ

SMT Temel İşlevi:	1. Fistüllerin bakımı için tasarlanmış medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün fistül bakım giriş-çıkış seti olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün giriş ve çıkış kiti ayrı ayrı paketlenmiş ve kullanıma hazır olmalıdır. 4. Ürün, giriş ve çıkış kiti arasındaki birleşim yerinden kolayca ayrılabilir şekilde tasarlanmalıdır. 5. Set içerisinde ki spanç yüksek kan emici özeliği olan gazlı bezden %70 viskon %30 polyester non-woven kumaştan imal edilmiş olmalıdır. 6. Set içerisindeki eldivenler anti-alerjik yapıda olmalıdır. Fistül Bakım Seti, Giriş a. 2 adet spanç b. 2 adet eldiven c. 1 adet 40 (±2)cm* 55(±2)cm ve/veya 50(±2) *55(±2) cm (±2) kol altı örtüsü d. 8 adet en az 1,5 cm*15cm en fazla 2,5cm*15cm ebadında anti-alerjik flaster e. 1 adet 5(±2)cm*10(±2)cm ölçüsünde alkol içerikli swab mendil Fistül Bakım Seti, Çıkış f. 4 adet spanç g. 1 adet hasta eldiveni h. 2 adet 40(±2)mm *70(±2)mm anti-alerjik hemostatik bası bandı i. 2 adet eldiven
Teknik Özellikleri:	<i>Menzile ÖZCAN</i> H. Diyaliz Sorumlusu Hemşire D. Sertifika No: 6739 Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi <i>Dr. Cafer AKDEMİR</i> H. Diyaliz Sorumlusu Hekimi D. Sertifika No: 3049 Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SMT3883 KATETER BAKIM SETİ, GİRİŞ ÇIKIŞ

Genel Hükümler:	7. Ürünler tek kullanımlık steril ambalajda teslim edilmelidir. 8. Ürünler etilen oksitle steril edilmiş olmalıdır. 9. Bir adet numune gönderilmelidir.
------------------------	--

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlu Hemşire
D. Serümlü No: 6739
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. CATER AKDEMİR
H. Diyaliz Sorumlu Hekimi
D. Serümlü No: 3049
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi