



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-289587180
Konu : TEKLİFE DAVET

29.09.2025

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **RADYO VİZYO GRAFİ SİSTEMİ (RVG) SENSÖR KILIFI 4 X 21 CM** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **03.10.2025 tarih ve saat 10:30'a** kadar dogubayazitadsmstatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	RADYO VİZYO GRAFİ SİSTEMİ(RVG) SENSÖR KILIFI 4 X 21 CM	ADET	10000		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9E47DCF2-6616-4F81-A654-0CC989123A5B

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



NOTLAR

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agrihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2
e-posta: dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com
Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9E47DCF2-6616-4F81-A654-0CC989123A5B

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



AĐRI DOĐUBAYAZIT AĐIZ VE DIŐ SAĐLIĐI MERKEZİ

BAŐHEKİMLİĐİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Geređini bilgilerinize arz ederim.

25/09/2025

T.C. DOĐUBAYAZIT
Ađız ve Diř Sađlıđı Merkezi
F. RA. YAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ					
DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ					
SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU					
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	SAYFA:1	25.09.2025	
Sayı:	REV.NO:0	Tarih:			
TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ					
TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:					
S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU	TAŞINIR KODU	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1		150-03-03-240053052	RADYO VİZYO GRAFI SİSTEMİ (RVG) SENSÖR KILIFI 4 X 21 CM	10000	ADET
2					
3					
Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.					
TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ					
HASTANEMİZDE BULUNAN RVG SENSÖRÜNE TAKILMASI GEREKEN KILIF İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.					
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR			
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi		İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI			
Firma Adı: TAŞINIR KAYIT MERKEZİ		25.09.25			
Taşınır Kayıt Yetkilisi		Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü			
İletişim Tel No:		Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi			
		Dr. Mehmet Mustafa			
		Başkanım			
		25.09.25			
DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ					
Taşınır Kayıt Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası					
T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi					
Firma Adı: TAŞINIR KAYIT MERKEZİ					
Taşınır Kayıt Yetkilisi					
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.					

Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onayladığımıza uygun görüşle arz ederim.

Gerçekleştirme Görevlisi

Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onayladığımıza uygun görüşle arz ederim.

Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onayladığımıza uygun görüşle arz ederim.

Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onayladığımıza uygun görüşle arz ederim.

25.09.25

Gerçekleştirme Görevlisi

İdari Mali İşler Müdürü

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Doğubayazıt İlçe Dış Sağlık Merkezi

İdari Mali İşler Müdürü

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemetler için varsa DMO kodunu, taşıma kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

T.C. DİŞ SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

25.09.25

T.C. DİŞ SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.

25.09.25

Harcama Yetkilisi

Başhekim

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Doğubayazıt İlçe Dış Sağlık Merkezi


Mehmet Nuri UÇMAK

Başhekim

RVG SENSÖR KILIFI

1. X-Ray sensörleri için hijyenik tek kullanımlı olmalıdır.
2. 100'lük özel kutusunda ambalajlanmış olmalıdır.
3. RVG Cihaz sensörüne uyumlu olmalıdır.
4. 4x21 cm olmalıdır.
5. RVG Kılıfında uç köşeleri hastanın ağız içini rahatsız etmemelidir.
6. Muayene komisyonu tarafından numune değerlendirilecektir.
7. TSE belgeli olmalıdır.
8. EK-1 de belirtildiği şekilde olmalıdır.

EK-1 :



T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Tasınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR YASKAYA
Tasınır Kayıt Yetkilisi