

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.09.2025

Sayı: 803

Konu: ARTER FİSTÜL - VEN FİSTÜL İĞNESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.10.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ARTER FİSTÜL İĞNESİ 16'LIK			2000	Adet		
2	VEN FİSTÜL İĞNESİ 16'LIK			2000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ARTER VEN FİSTÜL İĞNELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 -Fistül iğneleri tek kullanımlık gama veya buhar steril olmalıdır.
- 2-Fistül iğneleri ünitenin isteği doğrultusunda 15g,16g, 17g olmalıdır.
- 3-Her iki fistül iğnesinde de damar girişini kolaylaştırmak için pozisyon ve tespit kelebeği olmalıdır.
- 4-Her iki fistül iğnesinde de iğne boyları 2-3 cm, ayarlı klemp ve kapaklı olmalıdır.
- 5-İğneler giriş yerinde daha az tahribata neden olması için lazer ile çift kesim ve iyi silikonize edilmiş olmalıdır.
- 6-Arter Fistül iğnesinde dinamik kan akımını sağlamak ve iğnenin damar duvarına yapışmasını engellemek için uç kısmına yakın kenar deliği bulunmalıdır.
- 7-Fistül iğneleri arter ve ven olarak ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 8-Arter iğnelerinin kırmızı ,ven iğnelerinin mavi renk kodlu kanatları olmalıdır.
- 9-İğneler döner başlıklı olmalıdır.
- 10- Üretim ve sterilizasyon tarihi ambalaj üzerinde görünmeli; en az iki yıl kullanım ömrü bulunmalı.
- 11-Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan iğnelerin satıcı firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilecektir.

Dr. Cafer AKDEMİR
H. Diyaliz Sorumlulu Hekimi
D. Seramik No: 3049
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

YENİCE ÖZCAN
Hizmet Sorumlulu Hekim
D. Seramik No: 3049
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi