

TEKNİK ŞARTNAME

Travma Makyaj (Moulage) Seti

1. Amaç ve Kapsam

Bu teknik şartname, Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Biriminde düzenlenecek TİLYAD (Travmalarda İleri Yaşam Desteği) Eğitimleri başta olmak üzere tüm acil sağlık eğitimlerinde kullanılmak üzere temin edilecek Travma Makyaj (Moulage) Seti'nin asgari teknik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Genel Özellikler

- Eğitimlerde travma, kaza, afet ve çoklu yaralı senaryolarını gerçekçi şekilde canlandırabilmelidir.
- Malzeme, hipoalerjenik, toksik olmayan, insan sağlığına zarar vermeyen maddelerden üretilmiş olmalıdır.
- Tüm parçalar kolay temizlenebilir, dayanıklı ve tekrar kullanılabilir olmalıdır.
- Set, taşınabilir çanta/kutu içerisinde olmalıdır.

3. Set İçeriği (Minimum)

Set içerisinde aşağıdaki moulage tipleri bulunmalıdır:

1. Laserasyon simülasyonları: Yüzeysel ve derin kesiler, dikiş atılabilir yapıda.
2. Yanık simülasyonları: 1., 2. ve 3. derece yanık görselleri.
3. Açık kırık simülasyonları: Kemik uçlarının görüldüğü ekstremiteler yaralanmaları.
4. Ampütasyon simülasyonları: Parmak, el ve ayak seviyelerinde kısmi/tam amputasyon.
5. Delici-kesici alet yaralanmaları: Bıçak/şarapnel yarası görünümü.
6. Kurşun yaralanması simülasyonu: Giriş-çıkış deliği olacak şekilde.
7. Yabancı cisim simülasyonu: Cam, tahta, metal parçası vb. gömülü şekilde.
8. Kontüzyon/hematom görselleri.
9. Deri soyulması ve abrazyon yaralanmaları.
10. Kan simülasyonu için ayrı kapsüller/şişeler.

4. Malzeme Özellikleri

- Görsel olarak gerçek insana yakın renk ve dokuya sahip olmalıdır.
- Esnek silikon, lateks veya benzeri dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Deri üzerine özel yapıştırıcılarla kolay uygulanabilir ve çıkarılabilir olmalıdır.
- Defalarca kullanıma uygun, deformasyona dayanıklı olmalıdır.

5. Kullanım Özellikleri

- Eğitimlerde 5-10 dakika içerisinde uygulanabilir pratiklikte olmalıdır.
- Çıkarıldıktan sonra kolay temizlenebilir olmalıdır.
- Eğitimden tarafından sahada hızlı senaryo kurulumu yapılabilmelidir.

Rıza BAYRAM
Eğitim Birim Sorumlusu
Sertifika No: 188450

Dr. Hasan Ali İPEK
Ağrı İl Ambulans Servisi
Başhekim
Dip. Tıp Fak. 1982

Atilla Dinkler
AHH

6. Aksesuar ve Ekstralar

- Yapıştırıcı, özel makyaj malzemeleri, kan simülasyonu sıvısı ve uygulama fırçaları bulunmalıdır.
- En az 1 adet taşıma çantası ile birlikte teslim edilmelidir.
- Kullanım kılavuzu (Türkçe) verilmelidir.

7. Garanti ve Satış Sonrası Hizmetler

- Set en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- Tedarikçi firma, yedek parçaların ve sarf malzemelerinin en az 5 yıl süreyle temin edileceğini taahhüt etmelidir.
- Satış sonrası teknik destek sağlanmalıdır.

Rezan BAYRAM
Eğitim Birimi Sorumlusu
Sicil No: 028450

Dr. Hasan Ali IPEK
Ağrı İİ Ambulans Servisi
Başhekim
Tıp.Tec.No: 271825

Hasan DMLer
AAT
7