

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

TEKLİFE DAVET

30.09.2025

Sayı:

Konu: Tansiyon Aletleri, Tansiyon Ölçüm Cihazı Taşınabilir Koldan Dijital Otomatik Yetişkin Alım İş

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.10.2025 saat: 14:00 'a kadar satinalma.patnosadsm@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İdari ve Mali İşl. Müd.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TANSİYON ALETLERİ, TANSİYON ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR KOLDAN DİJİTAL OTOMATİK YETİŞKİN		5	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TANSİYON ALETLERİ, TANSİYON ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR KOLDAN DİJİTAL OTOMATİK YETİŞKİN TEKNİK ŞARTANAMESİ

1. AA boy, LR 06 tipinde 4 adet 1,5 V'luk pil ile çalışmalı ve ilk piller kutu içerisinde dahil olmalıdır.
2. Ekranda pil durumunu gösteren sembole sahip olmalıdır.
3. Ölçüm bittikten 3 dakika sonra cihazın kendiliğinden kapanmasını sağlayan 'otomatik kapanma' özelliğine sahip olmalıdır.
4. Tansiyon aletinin manşonu ergonomik bir şekle sahip olmalıdır ve kol çevresi 22-42 cm aralığında olan her kola kolayca oturmalıdır.
5. Ölçüm limiti SYS-DIA > 1 mmHg ve ölçüm aralığı Sistol (SIA): 50-280 mmHg, Diyastol (DIA): 30-200 mmHg olmalıdır. 16. Nabız ölçüm karakteristiği 40 - 199 dakika⁻¹ olmalı, nabız ölçüm kararlık oranı görüntülenene değere göre +/-5% olmalıdır.
6. Manşet basıncı kararlılık oranı görüntülenene değere göre +/-3mmHg olmalıdır.
7. Tansiyon aleti koldan ölçüm yapmalı ve tam otomatik olmalıdır.
8. Osilometrik yöntem ile ölçüm yapabilmelidir.
9. Şişirme, hastanın kendi sistolik kan basıncına göre otomatik olarak ayarlanmalı ve gereğinden fazla basınç vererek hastanın kolunu sıkmadan rahat bir ölçüm sağlamalıdır.
10. Manşondaki hava, elektronik valf ile otomatik olarak yapılmalı ve boşaltım hızı nabız ile senkronize olmalıdır.
11. Manşonun doğru takıldığını gösteren bir sembol olmalıdır.
12. Üzerindeki yazı ve değerleri kolay okunabilen geniş bir ekrana sahip olmalıdır.
13. Cihaz ölçümü üst koldan yapmalıdır.
14. Manşonu üst kol üzerine çekmek için ek bant olmalı ve manşonun üzerinde bireysel kol boyu değerlerini gösteren skala mevcut olmalıdır.
15. AA boy, LR 06 tipinde 4 adet 1,5 V'luk pil ile çalışmalı ve ilk piller kutu içerisinde dahil olmalıdır.
16. Temin edilen piller ile en az 1000 ölçüm yapabilmelidir.
17. Manşonun şişirilme basıncı sabit olmamalı, şişirme basıncının kişiye özel belirlendiği teknolojiye sahip olmalıdır.
18. Cihazın kendisi 93/42/EEC Direktifine göre bir sınıf II tıbbi cihaz olmalı ve CE işaretine ve bu ilgili sertifika ile belgelendirilmelidir.
19. Hafifçe nemlendirilmiş bir bez ve yumuşak bir deterjan kullanılarak, temizleme ve dezenfeksiyonu yapılabilmelidir.
20. Cihaz aşağıdaki standartların şartlarına uygun olmalı ve bunu belgeleyebilmelidir; DIN EN IEC 60601-1, DIN EN IEC 60601-1-2, DIN EN 1060-3, DIN EN IEC 80601-2-30, DIN EN ISO 81060-1, DIN EN ISO 81060-2, 26. ESH-IP2 protokol "Avrupa Hipertansiyon Cemiyeti"nin Uluslararası Protokolü'ne (rev. 2010) göre klinik doğrulama belgesi olmalıdır.
21. DHL Prüfsiegel protokol "Alman Hipertansiyon Liginin (Deutsche Hochdruckliga e.V.)" protokolüne göre klinik doğrulama belgesi olmalıdır.
22. Her tansiyon aletinin yumuşak ve koruyucu saklama çantası olmalı ve her bir tansiyon aleti bu saklama çantasını, manşonu, pilleri, Türkçe kullanım kılavuzunu ve garanti belgesini içeren sağlam bir kutu içerisinde teslim edilmelidir.
23. Cihazın en az 3 yıl garantisi olmalı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak hazırlanmış garanti belgesi her bir cihazın ambalajında firma kaşeli olarak bulunmalıdır.
24. Cihazda kullanıcı hatası dışında olan herhangi hata, deformasyon veya bozulmalar durumunda firma karşılamalıdır.

A. Talip Işık
A.

Zafer Keleş
Z.

Ali Alpaltun
Ali Alpaltun
Patnos Devlet Hastanesi
Dt. Ali ALPALTUN
Dip. Tes. No:60866