



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 03.10.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Serviks Dikiş Seti	5	Set		
2	Yüzük Kesme Makası	1	Adet		
3	Makaslar Büyük Boy (Terzi Makası)	2	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirtdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
5 SET
DİKİŞ SETİ TEKNİK ŞARTNAME

Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır

Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır

Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.

Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.

Eklemsizlerde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.

Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.

Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bulunmamalı, yalpalama ve laçkalaşma olmamalıdır.

Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır

Pensetlerin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamalı, ağız dilleri ve tırılları aralık bırakılmadan birbirine geçmelidir. Diş ve tırılların aralıkları temiz olmalıdır.

Pensetlerin kolları birer yay gibi esnek olmalıdır.

Portegüler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları birbirine aralıksız oturmalıdır.

Pensler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının ağızları birbirlerine karşılıklı gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır.

Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır

- Cerrahi dikiş seti 7 parçadan oluşmalıdır.

Taşıma çantası İÇERİK · Cerrahi Makas · Eğri Cerrahi Makas · Düz Bandaj Makası · Penset Dişli · Penset Düz · Bisturi Sapı · Portegü · Hemostatik Pens

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SAĞIR
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

İzmir KAYIRMAN
Diyarbakır

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

YÜZÜK KESME MAKASI (PENSE TIPI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüzük Kesme Makası, amacına uygun malzeme ve şekilde, Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. Kişide parmaklarda kan dolaşımını rahatlatmak amacı ile kullanılacaktır.
3. Üzerinde bulunan ufak döner şekildeki testeresi sayesinde altın, gümüş veya metal tüm yüzükler kesilebilmelidir.
4. Ürün, Tedarikçi tarafından fiyat teklifi ile birlikte getirilecek numuneden, kullanıcılar tarafından uygunluk verilerek seçilecektir.
5. M.K Ürünün CE si olmalı, menşei teklif ile birlikte belirtilmelidir.
6. Kullanıcı hataları dışında, kırılmalar, paslanma, eğrilme, vb. bozulmalar için **2 yıl** garantili olmalıdır.

Cevdet SARI

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
[Signature]

Erkan Akdoğan

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

TERZİ MAKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, kesici ağızları dışında yüzeyi düzgün ve pürüzsüz Olmalıdır.
- 2-Sapı plastik olmamalıdır.
- 3-Sağlam ve keskin olmalıdır.
- 4-Doğru tutuş sağlayan ergonomik ve ortopedik yapıda olmalıdır.
- 5- Uzun süre kullanıma uygun olmalıdır.
- 6- Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
- 7- Muayene Komisyonundan geçmeyen ürünler şartnameye uygun olsa dahi kabul edilmeyecektir.

Muhammet ARSLAN
Tasınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Erkin KANLAMAN
[Signature]