

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.10.2025

Sayı: 811
Konu: TNO TEST ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.10.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STEREO DERİNLİK ÇÖRME TEST CİHAZLARI, STEREO TNO OPTİK DERİNLİK ÇÖRME TESTİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yeddi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TNO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Okul öncesi yaş grubundaki çocuklarda (2,5- 5 yaş arası) binoküler görme kusurlarının tespiti için tasarlanmış olmalıdır.
2. Test 7 adet plakadan oluşmalıdır (kırmızı-yeşil gözlük ile görülebilmelidir).
3. Plaka I:
Bu plakada iki adet kelebek bulunmalıdır, bunlardan biri, ancak her iki göz beraber kullanıldığı takdirde kendini gösterebilecek şekilde gizlenmiş olmalıdır.
4. Plaka II:
4 adet, farklı büyüklükteki disk şeklinde (top, sos şişesi gibi) yapılar gösterilmelidir.
5. Plaka III:
4 adet farklı şekillerdeki cisimler- disk, üçgen,kare ve karo- farklı doku malzemelerinin keşiştiği bir arıtı etrafına gizlenmiş olmalıdır.
6. Plaka IV:
Bu test, supresyon testi olmalıdır ve küçük bir diskin, 2 büyük disk ile yandan destekli olduğu bir şekli göstermelidir.
7. Plaka V-VI:
Bu plakalarda test figürleri (eksik parçalı diskler), 6 farklı derinlik seviyesinde bulunmalıdır (her iki disk aynı seviyede olacak şekilde).

Doç. Dr. Ezgi KARATAŞ
Ağrı İktisadi ve İdari Bilimler Üniversitesi
Eğilim ve Öğretim Uzmanı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tez. No: 142316

Op.Dr. Zehra GÜVEN SİĞİRCİ
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tez. No: 142316

Doç. Dr. Yılmaz ORUÇ
Ağrı İktisadi ve İdari Bilimler Üniversitesi
Eğilim ve Öğretim Uzmanı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tez. No: 142316