

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

07.10.2025

Sayı: **821**

Konu: ÜÇ PARÇALI LENS (19-24) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.10.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +19.0D (+0,5D)			4	Adet		
2	HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +20.0D (+0,5D)			4	Adet		
3	HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +21.0D (+0,5D)			4	Adet		
4	HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +22.0D (+0,5D)			4	Adet		
5	HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +23.0D (+0,5D)			4	Adet		
6	HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +24.0D (+0,5D)			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

KATLANABİLİR GÖZİÇİ LENSİ ÜÇ PARÇALI

- MAVİ RENKLİ PMMA HAPTİKLERE SAHİP OLMALIDIR.
- AKRİLATMETAKRİLAT OPTİĞE SAHİP OLMALIDIR.
- HİDROFOBİK YAPIDA (Akrilat-metakrilat) OPTİĞE SAHİP OLMALI. **(SIVI İLE DOLDURULMUŞ FLAKONLAR İÇİNDE OLMAMALIDIR.)**
- REFRAKTİF İNDEKSİ **1.50** ve üzeri olmalıdır.
- TOPLAM LENS UZUNLUĞU 13.0 mm OLMALIDIR.
- UV KORUYUCU OLMALIDIR.
- BİKONVEKS 6.0 mm OPTİK ÇAPINDA OLMALIDIR.
- OPTİK HAPTİK DÜZLEMİ ARASINDA 5 VE 10 DERECELİK AÇIYA SAHİP OLMALIDIR.
- ÖN KAMARA DERİNLİĞİ EN AZ 5,20 mm OLMALIDIR.
- A SABİTİ 118,0-118,4 OLMALIDIR.
- 6-30 DİOPTİRİ ARASINDA TÜRKİYE PAZARINDA STOKLU OLMALIDIR.
- TEKLİF VEREN FİRMANIN ÜRETİMİNDE NEGATİF DİYOPTRİLERDE OLMALIDIR.
- ISO BELGESİNE SAHİP ÜRETİCİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- TITUBB KAYDI OLMALIDIR.
- LENSLE İLE BİRLİKTE BİREBİR KARTUŞ TESLİM EDİLMELİDİR.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. Zehra KÜVEN SAĞLAM
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip.Tes.No:178548-Uzm.Tes.No:174195

Doç. Dr. Yavuz ORUÇ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip.Tes.No:12771-Uzm.Tes.No:166294