



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-291029919

09.10.2025

Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.10.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT	ADET	5		
2	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT	ADET	5		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

UYGUNDUR

Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK

Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A0E73359-1A78-4FFD-BCA3-E4FF024FCE34

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN

Sağlık Teknikeri

Telefon No:



1. ALKALİ BAZLI YIKAMA SOLÜSYONU 5LT.

- 1- Yıkayıcı dezenfektörler ile tıbbi alet temizliğine yönelik alkalik temizleyici olmalıdır. Derinlemesine ve artık bırakmayan temizlik sağlamalıdır. Farklı su sertlik derecelerinde kullanıma uygun olmalıdır. Köpürmemelidir. Tüm yıkayıcı ve dezenfektörlerde kullanıma uygundur.
- 2- Isıya dayanıklı tıbbi alet ve laboratuvar malzemeleri dahil olmak üzere tüm malzemelerin 93°C'de temizliği ve dezenfeksiyonu, ısıya dayanıklı olmayan tıbbi alet ve malzemelerin 50-60°C'de temizliği için yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılmalıdır.
- 3- Ürün bileşiminde potasyum hidroksit, kompleks oluşturmalar ve korozyon inhibitörleri olmalıdır.
- 4- Tavsiye edilen kullanım konsantrasyonu % 0.1 - % 0.5'dir. (1-5 ml) olmalıdır.
- 5- Ürünün pH değeri 11-14 arasında olmalıdır.
- 6- Alkalik temizleyici renksiz, berrak ve kokusuz olmalıdır.
- 7- Raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır. Teslim tarihi itibarıyla üretim tarihi üzerinden en fazla altı ay geçmiş olmalıdır.
- 8- Ürüne makine dozaj bölümüne uygun şekilde dizayn edilmiş 5 litrelik orijinal ambalajında, PVC içermeyen HDPE ambalajlarda olmalıdır. Solüsyonun özelliğini bozacak şekilde ışık geçirecek nitelikte saydam kaplarda olmamalıdır.
- 9- Ürün nötralizanla karıştırılmaması amacı ile makinenin dozajlama pompasının rengine uygun olarak etiketi mavi renkte ve kapağında da mavi renk olmalıdır.
- 10- Ürün üzerinde formülasyonu, kullanım şekli, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihleri açıkça belirtilmiş Türkçe etiketi olmalıdır.
- 11- Uyarı işaretleri etiket üzerinde gösterilmiş olmalıdır.
- 12- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Nesre DURMUS
Biyomedikal Teknikeri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BASARGAN
Biyomedikal Teknikeri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Ordal GERENGİ
Biyomedikal Tıbbi Kayıt yetkilisi

2. NÖTROLİZAN BAZLI YIKAMA SOLÜSYONU 5LT.

- 1- Yıkayıcı dezenfektörler için sıvı, fosforik asit içeren nötralizasyon solüsyonu olmalıdır. Ana yıkama işleminden geriye kalan alkali artıkların nötralizasyonunu yapmalıdır. Oluşan kireğin giderilmesini sağlamalıdır. Tüm yıkayıcı ve dezenfektörlerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Makinedeki kireç kalıntılarının uzaklaştırılması ve ana yıkama işleminden kaynaklanan alkali kalıntıların nötralizasyonu için kullanılmalıdır. (40-60 °C).
- 3- Ürün bileşiminde fosforik asit ve korozyon inhibitörleri olmalıdır.
- 4- Tavsiye edilen kullanım konsantasyonu % 0.1 - % 0.3'dir. (1-3 ml) olmalıdır.
- 5- Ürünün pH değeri 1-3 arasında olmalıdır.
- 6- Renksiz, berrak ve kokusuz olmalıdır.
- 7- Raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır. Teslim tarihi itibariyle üretim tarihi üzerinden en fazla altı ay geçmiş olmalıdır.
- 8- Ürüne makine dozaj bölümüne uygun şekilde dizayn edilmiş 5 litrelik orijinal ambalajında, PVC içermeyen HDPE ambalajlarda olmalıdır. Solüsyonun özelliğini bozacak şekilde ışık geçirecek nitelikte saydam kaplarda olmamalıdır.
- 9- Ürün alkali solüsyonla karıştırılmaması amacı ile makinenin dozajlama pompasının rengine uygun olarak etiketi kırmızı renkte ve kapağında da kırmızı renk olmalıdır.
- 10- Ürün üzerinde formülasyonu, kullanım şekli, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihleri açıkça belirtilmiş Türkçe etiketi olmalıdır. Uyarı işaretleri etiket üzerinde gösterilmiş olmalıdır.
- 11- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Nesli DÜRMÜŞ
Biyomedikal Teknikeri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BAŞARGAN
Biyomedikal Teknikeri

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal GERENGİ
Biyomedikal Taşınır Kayıt yetkilisi