



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-291376321
Konu : TEKLİFE DAVET

14.10.2025

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIM ONARIMI VE DEZENFEKSİYONLU BAKIM SANTRALİ BAKIM VE ONARIM** hizmet alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.10.2025 tarih ve saat 13:00'a kadar dogubayazitadsmstinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIM VE ONARIMI	PERİYOT	12		
2	DEZENFEKSİY ONLU BAKIM SANTRALİ BAKIM VE ONARIMI	PERİYOT	12		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F4B31AFC-62E0-4267-8B90-6BE2E6C0B1D4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 04723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN
Sağlık Memuru
Telefon No:



2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: ÇİFTEPINAR MAH. RIFKI BAŞKAYA CAD. NO:2
E-POSTA: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com
TELEFON NO: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F4B31AFC-62E0-4267-8B90-6BE2E6C0B1D4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelinar Mah. Rifki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 04723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN
Sağlık Memuru
Telefon No:





291325789

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİRİŞ

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

13/10/2025

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

		TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
		DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ	
		SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU	
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	SAYFA:1
Sayı:		Tarih:	13.10.2025
TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ			
TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:			
S.N	DMO & BARKOD & UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI
1			MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIM VE ONARIMI
			DEZENFEKSİYONLU BAKIM SANTRALİ BAKIM VE ONARIMI
Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.			
TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ			
HASTANEMİZDE BULUNAN MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRÜNÜN BAKIM VE ONARIMI - DEZENFEKSİYONLU BAKIM SANTRALİ BAKIM VE ONARIMIAYLIK ŞEKİLDE FİLTRELER VE İŞ AKIŞI KAPSAMINDA OLUŞABİLECEK ARIZA DURUMUNDA ONARIMI İHTİYACIMIZA BİNAEN			
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR	
T.C. DOĞUBAYAZIT		İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI	
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi		13.10.25	
Fırat ÇAKAN		Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	
Taşınır Kayıt Yetkilisi		Doğubayazıt İlçe Sağlık Merkezi	
İletişim Tel No:		Dl. Mehmet Nuri İlçİ	
		Başhekim	
		13.10.25	
DEPOTEKNIK BİRİMİ GÖRÜŞÜ		Taşınır Kayıt Yetkilisinin	
		Adı Soyadı ve imzası	
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere		T.C. DOĞUBAYAZIT	
nolu kalemler depoda mevcuttur.		Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	
		Fırat ÇAKAN	
		Taşınır Kayıt Yetkilisi	

Yukarıda miktardan belirtildiği üzere	 nolu kalemler depoda mevcut değildir
MIKYS Kontrolü Yapılmıştır.	
.....	 nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.
.....	 nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	
13.10.25	
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi Sağlık Müdürlüğü İdari Mali İşler Müdürü E. GÖKALP E. GÖKALP	Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Başkent Hastane Dis. Sağ. İl Müd. Dr. Mehmet Akın Balanım

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemetler için varsa DMO Kodunu, taşıma kodu ise depo tarafından doldurulacaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

EK 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

EK 2 : Teknik Şartname

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIM VE ONARIMI

DEZENFEKSİYONLU BAKIM SANTRALİ BAKIM VE ONARIMI

Yüklenicinin Sorumluluğu ve Bakım Periyodu

Yüklenici bu maddede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek. Cihazların kontrollerinin yapılması ve bakım ve onarım için gerekli parçaların idareye bildirerek onay dahilinde tedarik etmekle yükümlüdür.

1. Yukarıda yazılı cihazların ve hastane tesisat hattının sözleşme tarihinden itibaren ayda bir defa bakım hizmeti verilmesi.
2. Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işlemesi ve emniyeti bakımından önemli olan akşamların temizlenmesi sağlanır.
3. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren arıza ve bakım durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir, ilgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir, ilgili yedek parça diğer firmalardan temin edilmesi durumunda yedek parçaların sisteme montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için ek bir ücret talep etmeyecektir.
4. Yapılacak bakım onarım işlemleri kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyesi dikkate alınır.
5. Cihazlarda meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 48 saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanlarınca arızaya müdahale edilir. Kuruma gelinir yada telefon ile yönlendirme yapılarak sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanır.
6. Cihazlarda revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareye verilecek revizyon listesi idare tarafından kabul edilinceye kadar cihazın çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için cihazların parçaları yükleniciden alınır ve durum idare yetkilisine bildirilir. En kısa sürede arıza giderilerek cihaz çalışır hale getirilir.
7. Yüklenici firma ve kurum sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.
8. Arıza parça değiştirmek suretiyle giderilecekse idareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonar, parçanın il içinde temininde 24 saat, il dışında temininde 96 saat içinde cihaz güvenli çalışır hale getirilir.
9. Yedek parçanın yurt dışından gelmesi halinde yasal presödürlerin gereklerine göre ve azami 1

(bir) ay içinde temin edilir ve cihazlar güvenli çalışır hale getirilir

10. Cihazların muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işlemin, uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar.

11. Yüklenici tarafından hazırlanan arıza bakım formları ve periyodik bakım formları taraflarca imza altına alınır.

12. Yüklenici firma idarenin sorumlu gördüğü en az 2 elemanına sözleşmeyi müteakiben bakım sözleşmesi kapsamındaki cihazlarla ilgili gereken eğitimi idarenin resmi ikamet adresi içinde belirleyeceği bir serviste ve ayrıca sistemler üzerinde uygulamalı bir şekilde ücretsiz olarak verir.

13. Firma; sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa bunlarda yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, cihazlara ait uygun durum ve değerlendirme yaparak cihazların aktif çalışmasını sağlamakla hükümlüdür. Teklif vermekle bu durumu Kabul etmiş olur.

14. Firma; herhangi bir mahalde çalışırken, digger biğr birime zarar ve ziyan verememek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Verdiği takdirde diğer cihazın arızalarını gidermelidir.

15. Yüklenici firma; sözleşmeyi imzalanmasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım

onarım iş programını, periyodik bakım-onarım ve arıza control föylerini ve gerekli olan tüm defterlerini idareye verir. Ayrıca iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idarenin sorumlu görevlisine verir.

16. Yüklenici İdare tarafından arızaların, sorunların ve iisteklerin bildirilebilmesi amacıyla bir çağrı merkezi numarası bulundurur. Çağrı merkezinin adres, telefon, fax, e-posta, mobil telefon bilgileri idareye bildirir.

17. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları idareye bildirmek zorundadır. değişmesi gereken parçanın idarenin onayı alındıktan sonar yerinden sökülmesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır ve parçaların idareye fatura edilmesi çalıştırıldıktan sonar yapılır.

18. Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve akşamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, ve/veya göstereceği yere nakliyesi. v.s) yüklenici firmatarafından idareye bildirilerek yapılacaktır.

19. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

Gerekli Belgeleri

1 adet dezenfeksiyonlu vakum 3 motorlu

3 adet medikal hava kompresör

Firma faaliyet belgesi olmalıdır ve firmanın ana faaliyeti gaz tesisatı faaliyetleri (hastanedeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) şeklinde olmalıdır.

Firma ünvanında açıkça medikal gaz sistemleri geçmelidir.

Bakım onarım yapacak kişi ilgili kurumlardan medikal gazlar eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
FİRAT ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

DOĞUBAYAZIT
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi