

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

TEKLİFE DAVET

17.10.2025

Sayı:

Konu: 12 Kalem Cerrahi Alet Talebi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.10.2025 saat: 10:00 'a kadar satinalma.patnosadsm@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İdari ve Mali İşl. MÜD.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DAVYE - YETİŞKİN ÜST YIRMI YAŞ		5	Adet		
2	DAVYE - YETİŞKİN ÜST MOLAR SAĞ		5	Adet		
3	DAVYE - YETİŞKİN ÜST MOLAR SOL		5	Adet		
4	DAVYE - YETİŞKİN ÜST PREMOLAR		15	Adet		
5	DAVYE - YETİŞKİN ÜST KESİCİ		20	Adet		
6	DAVYE - YETİŞKİN ALT YIRMI YAŞ		10	Adet		
7	DAVYE - YETİŞKİN ALT MOLAR		35	Adet		
8	DAVYE - YETİŞKİN ALT PREMOLAR		15	Adet		
9	DAVYE - YETİŞKİN ALT KESİCİ		20	Adet		
10	DAVYE - YETİŞKİN ÜST KÖK		10	Adet		
11	DAVYE - YETİŞKİN ALT KÖK		25	Adet		
12	AYNA BAŞI		500	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1-DAVYE TAKIMI

1. Davyeler 10'lu set halinde yetişkin tip davye olmalıdır.
2. Davyeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, krom kaplama olmamalıdır, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Davyelerin sapları tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olacak ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermeyecektir.
4. Davyelerin şekli dişlerin anatomik yapısına uyum gösterecek, dişleri zedeleyebilecek sivri oluştumlardan arınmış olmalıdır, Davyelerin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.
5. Davyelerin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olacak hemen boynun altında başlamayacak ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca olacaktır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmayacaktır.
6. Davyelerin sap kısmı (elle tutulan kısmı) esnek olmalı (esnemelidir).
7. Her türlü dezenfektan solüsyona uygun olmalıdır. Her türlü dezenfektan solüsyonunda ve sterilizasyon koşullarında korozyona uğramamalı, bozulmamalıdır.
8. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası ve markası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.
9. Davyenin menteşe kısmı insan kuvvetiyle kontrollü olarak esnek olmalı kolay açılmalıdır.


Dr. İzzet KAR
Dip. Tes. No: 118992
Patnos Devlet Hastanesi


Patnos Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi
Dış Tabibi
Dr. Osman SONMEZ
Dip. Tes. No: 74844

19-AYNA BAŐI

- 1.(Ni-cr) paslanmaz elikten yapılmıő olmalı, standart ayna saplarına uygun olmalı
- 2.Dental kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.Basınlı sterilizasyona uygun üretilmiő olmalı, üzerinde marka ve kodu yazılmıő olmalıdır.(Numuneler otoklavda denenecektir.)
- 4.Ayna erevesi aynayı tam olarak sarmalı, ayna ereve iinde sallanmamalı ve dönmemelidir. Sıvı sızdırmaz olmalıdır.
- 5.Boyutları kurumuzca belirlenecektir.
- 6.Numunesi görölüp, denenecektir.
7. Alınacak olan tıbbi sarf malzemenin miadının dolmasına 3 (ü) ay kalan ürünlerin tedariki firmaya bildirilmesi ile tedariki firma tarafından fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeksizin deėiőimi saėlanacaktır.


Dt. İpek KAR
Dip. Tes. No:118992
Patnos Devlet Hastanesi


Patnos Ağız ve Diő Saėlığı Merkezi
Diő Tabibi
Dt. Osman SÖNMEZ
Dip. Tes. No:74844