

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.10.2025

Sayı: 858
Konu: KARACİĞER EKARTÜRÜALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.10.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KARACİĞER EKARTÜRÜ			1	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MASAYA SABİTLENEBİLİR LAPOROSKOPİK KARACİĞER EKARTÖRÜ ŞARTNAMESİ

- 1- EKARTÖR LAPOROSKOPİK AMELİYATLARDA KULLANIMA UYGUN VE REUSABLE OLMALIDIR.
- 2- EKARTÖR'ÜN BATIN İÇİNE GİREN HOOKLARI HER HASTANIN ANATOMİK YAPISINA UYGUN OLARAK 3 AYRI BÜYÜKLÜKTE ve AŞAĞIDAKİ EBATLARDA OLMALIDIR.
 - a- YETİŞKİN HOOK 3 : Boy 210 ± 5 (İki yüz on artı eksi beş) mm en 185 ± 5 (yüz seksen beş artı eksi beş) mm .açı 110 ± 5 mm (yüz on artı eksi beş) mm ve çap 6 ± 2 (altı artı eksi iki) mm olmalıdır.
 - b- OBEZİTE HOOK 4 : Boy 220 ± 5 (İki yüz yirmi artı eksi beş) mm en 110 ± 5 (yüz on artı eksi beş) mm . açısı 125 ± 5 mm (yüz yirmi beş artı eksi beş) mm ve çap 6 ± 2 (altı artı eksi iki) mm olmalıdır.
 - c- SÜPER OBEZİTE HOOK 5 : Boy 235 ± 5 (İki yüz otuz beş artı eksi beş) mm en 185 ± 5 (yüz seksen beş artı eksi beş) mm . açısı 135 ± 5 mm (yüz otuz beş artı eksi beş) mm ve çap 6 ± 2 (altı artı eksi iki) mm olmalıdır.
- 3- EKARTÖR SETİ AMELİYAT MASASINA SABİTLENEBİLİR L ŞEKLİNİ ALAN 2 PARÇA HAREKETLİ ROT VE BATIN İÇİNE YERLEŞTİRİLEN 5 ADET HOOKTAN OLUŞMALIDIR.
- 4- L ŞEKLİNİ ALAN 2 PARÇA HASTA DURUMUNA GÖRE AYARLANABİLMESİ İÇİN HEM YUKARI HEMDE YATAY AYARLAMA İMKANI SAĞLAYACAK DÜZENЕКTE OLMALIDIR.
- 5- HOOK TUTUCU MİL 500MM(+,-20mm) BOYUNDA 10MM(+,- 3mm) ÇAPINDA OLMALI, UÇ KISMINDA HOOKLARI TUTMAK VE SIKIŞTIRMAK İÇİN KİLİTLİ MEKANİZMA OLMALIDIR.
- 6- MASAYA TESPİT EDİLECEK TESPİT BARI 480-650 MM (Dört yüz seksen - altı yüz elli), ÇAPI 120 (yüz yirmi) MM OLMALIDIR.
- 7- HOOKLAR KARACİĞERE ZARAR VERMİYECEK ŞEKİLDE ATRAVMATİK YAPIDA OLMALIDIR.
- 8- SET İÇERİSİNDE 1 ADET HOOK TUTUCUYU VE MASAYA TESPİT BARINI BAĞLAYAN TESPİT ADAPTÖRÜNÜ BİRBİRİNE BAĞLAYAN ADAPTÖR OLMALIDIR. BAR ADAPTÖRÜ BOY 40 (kırk)MM EN 20(yirmi)MM olmalıdır. İÇİ ÇAPI 12 (on iki) OLMALIDIR.
- 9- HOOKLARI BAĞLAYAN BAĞLANTI KISMI FLEX-BAKLA DİLİMLİ TİP PARÇADAN OLUŞMAMALIDIR.
- 10- HOOKLAR 5-6MM ÇAPINDAKİ İNSİZYONDAN BATIN İÇİNE RAHATÇA GEÇEBİLECEK ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- 11- HOOK UÇLARI UZUN OLMAMALIDIR. BATIN İÇERİSİNDE DÖDÜRÜLÜRKEN ORGANLARA ZARAR VERMEMELİDİR.
- 12- 134 DERECEDE OTOKLAV EDİLEBİLMELİDİR.
- 13- İLERİDE İSTENDİĞİNDE İLAVE PARÇA SATIN ALINARAK İLE TUTUCUYA İSTENDİĞİNDE LAPOROSKOPİK KAMERA MONTE EDİLEBİLMELİDİR.
- 14- Set muhteviyatının yüzeyinde parlatma işlemi yapılmamış olacaktır.
- 15- 134 ± 5 (yüz otuz dört artı eksi beş) C derecede otoklav edilebilir özellikte olacaktır.
- 16- Set ile birlikte 1 adet aşağıda özellikleri yazan konteyner verilecektir.
 - ** 580 mm (beş yüz seksen) X 280mm (iki yüz seksen) X 150 mm (yüz elli) boyutlarda olacaktır.
 - ** 134 ± 5 (yüz otuz dört artı eksi beş) C derecede otoklav edilebilir özellikte olacaktır.
 - ** Set muhteviyatının tamamını alabilecek kapasite de olacaktır.
- 17- TEKLİF VEREN FİRMA ŞARTNAMEYE YAZILI OLARAK TEK TEK UYGUNLUK BEYANI VERECEKTİR.
- 18- TEKLİF VERECEK FİRMA GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜNDE NUMUNESİ 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TEK TEK MADDELERİDE GÖSTEREREK TAM VE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE DEMO YAPACAKTIR. DEMO SETİ VERİLECEK CİHAZIN TAMAMIYLA AYNISI VE EKSİKSİZ OLMALIDIR. GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE ALETLER AMELİYATTA KULLANILACAKTIR.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Tufku TÜFEKÇİ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 201205

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Sezer GÖKÇEN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 204161