

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 39

22.10.2025

Konu: 1 KALEM TIBBİ SARF MAL MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.10.2025 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DÖNER KANAL EĞESİ (NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ)			500	Kutu		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DÖNER KANAL EĞESİ

- 1) Eđeler Nikel-Titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
- 2) Kanal eđelerinin kesitleri üçgen yapıya sahip olmalıdır.
- 3) Eđelerin uç kısımları apikal güvenlik için keskin olmamalıdır..
- 4) Renk halkası olan kanal eđelerinin 21-25 -31 mm boyları bulunmalıdır.
- 5) Sistem Pedodonti için tasarlanmış 16 mm uzunluğunda eđelere sahip olmalıdır.
- 6) 15/40 numara eđelerin hem 04 açđ hem 06 açđ gold ve blue seçenekleri olmalıdır.
- 7) İstenildiğinde 04 ve 06 açđlı eđelerin istenilen numaralarda sortisi de tedarik edilebilmelidir.
- 8) Set içerisinde toplam 6 eđe olmalıdır.
- 9) Her 100 adet eđe için aynı marka 3 paket Pedodontik boy eđe verilmelidir.
- 10) Ayrıca, (019/08), (016/02), (020/04), (025/04), (030,04), (035/04) kit seçeneđi olmalıdır.
- 11) Piyasada ürünle aynı marka gutta percha, aynı marka paper point ve aynı marka endomotor olmalıdır.
- 12) Eđelerin şaft kısmında açđ ve numarası lazer ile silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 13) Ürün kutusunun üzerinde endometre olmalıdır.
- 14) Ürün kutusu otoklava girebilmeli ve kutunun üzerinde ürünün kaç defa otoklava girdiđini takip etmeye yarayan koparılabılır çentikler olmalıdır.
- 15) Uts barkod numarası olmalıdır.

[Signature]

[Handwritten signature]

Diş Hekimi
Tuğçe YILDIRIM
Dip. Tes. No. 58999
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi