



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-292169945

22.10.2025

Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 ADET TUR MOTORU YAĞLAMA SPREYİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29/10/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TUR MOTORU YAĞLAMA SPREYİ	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
OPR.DR.METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 50DD8497-79C6-4511-8CA4-BAB5E320C7C4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



MOTOR BAKIM SPREY YAĞI TEKNİK ÖZELLİĞİ

1. Ameliyathanemizde mevcut motor sistemi ile tam olarak uyumlu olmalıdır.
2. Hem yüksek hem de düşük devirli motor piyasemenlerinin sterilizasyon öncesi bakım amaçlı yağlanması için kullanıma uygun olmalıdır.
3. 300 ml. hacme sahip, piyasemenlerin tam olarak içine geçerek yağın boşa harcanmasını önlemek amacıyla ağzı özel yapıda olmalıdır ve başlık takılabilmelidir.
4. Takılabilecek başlıkların görseli şişe üzerinde bulunmalıdır.
5. Korozyon koruması yapabilmelidir.
6. Steril koruyucu bakım yağı EN ISO 17665 uyarınca buharlı sterilizasyon yöntemi için onaylanmış olmalıdır.
7. Su buharı geçirebilen yağ filmi özelliği olmalıdır
8. Silikon içermemelidir.
9. Yağın bileşimi 134°C'de otoklava girmesine uygun olmalı, herhangi bir toksik madde içermemelidir.
10. Teklif verecek firmalar teklifleriyle birlikte 1 (bir) adet spreya yağı numune olarak vereceklerdir. Numune ameliyathanede piyasemenler üzerinde sterilizasyona uygunluğu bakımından denenecek ve değerlendirilecektir.
11. İhaleye iştirak eden firmalar , teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır.

Volkan TURHAN


Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Nesli DÜRMÜŞ
Tivomedikal Teknikleri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekeriya DURSAR
Üniversitesi