

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

23.10.2025

Sayı: 250T 19635J8

Konu: DAVID TI 2000 Marka-Model Transport Kuvöz İçin Yedek Parça Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.10.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SICAKLIK KONTROL KARTI (MAIN BOARD KARTI)		1	Takım		
2	KÜVÖZ ISITICI DİRENÇ / REZİSTANSI		1	Takım		
3	KÜVÖZ KIZAK (RAY) SİSTEMİ		1	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

Cihaz Adı: Transport K v z
Marka / Model: DAVID TI-2000

1. Sıcaklık Kontrol Kartı

1. Cihazın mevcut sistemine (David TI-2000) tam uyumlu olmalıdır.
2. YenidoĖan bebek i in ısıtma ve sıcaklık kontrol n  saėlayan mikro işlemci tabanlı kart olmalıdır.
3. Ana kontrol paneli ile kablolu baėlantıya uygun olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklık sens rlerinden (skin/air probe) gelen verileri i leyip, ısıtıcıyı orantılı kontrol etmelidir.
5. Isı limit koruma devresi ve arıza durumunda sesli/g rsel alarm  ıkışı bulunmalıdır.
6. Orijinal par a olmalıdır.
7. Tak- alıřtır (plug & play) montaja uygun olmalıdır.

2. Isıtıcı Diren  Rezistansı

1. Orijinal David TI-2000 modeline uygun ısıtıcı diren  (rezistans) olmalıdır.
2. Nominal  alıřma gerilimi 220–240 V AC olmalıdır.
3. G c  cihaz  reticisinin belirttiėi deėerlere (yaklařık 300–500 W) eřit olmalıdır.
4. Termal koruma sigortası (thermal fuse) veya sens r yuvası bulunmalıdır.
5. Homojen ısı daėılımı saėlayacak řekilde  retilmiř olmalıdır.
6. Ařırı ısınmaya karřı koruma devresiyle uyumlu  alıřmalıdır.
7. Orijinal veya  retici tarafından onaylı yedek par a olmalıdır.

3. Kızak Ray Sistemi

1. K v z kabininin tařıyıcı sehpa oturuėu raylı sistem olmalıdır.
2. Cihazın alt tabanı ile sehpa arasında ileri-geri hareket saėlayan, paslanmaz metal veya dayanıklı alařım malzemeden imal edilmiř olmalıdır.
3. Ray  zerinde kilitleme mandalı (Locking Latch / Safety Pin) bulunmalıdır.
4. Ray sistemi, titreřim ve kaymayı  nleyecek řekilde sabitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
5. TI-2000 modeline birebir uyumlu  l   ve baėlantı noktalarına sahip olmalıdır.
6. Paslanmaya, deformasyona ve dezenfektanlara karřı dayanıklı olmalıdır.
7. Orijinal veya  retici onaylı yedek par a olmalıdır.

Genel řartlar:

T m yedek par alar mevcut David TI-2000 model transport k v z cihazına tam uyumlu olmalıdır.
Montaj, test ve  alıřır durumda teslim iřlemleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
Par alar yeni, kullanılmamıř ve  retici garantili olmalıdır.
Teslim sonrası cihazın fonksiyon testleri yapılarak teknik birimce onaylanacaktır

S. H r n
 r n K l n
[Signature]