


T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1088
KONU : Teklife Davet


23//10/2025

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **AYNIYAT VE BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **27/10/2025** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	SEDYE ÖRTÜSÜ	2000	ADET		
2	GALOŞ	3000	ADET		
3	HASTA ÖNLÜĞÜ	1000	ADET		


Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TEK KULLANIMLIK SEDYE ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname, sağlık tesislerinde kullanılmak üzere temin edilecek tek kullanımlık sedye örtülerinin teknik özelliklerini, kalite gereklerini ve teslimat koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. GENEL TANIM

Sedye örtüsü; hasta nakli, muayene ve tedavi süreçlerinde sedyelerin kirlenmesini ve bulaş riskini önlemek amacıyla kullanılan, hijyenik, su geçirmez, tek kullanımlık bir örtüdür.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Malzeme

1. Ürün nonwoven (spunbond veya spunlace) polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Malzeme tek kullanımlık, sıvı geçirmez, antialerjik ve antistatik özellikte olmalıdır.
3. Malzeme yumuşak dokulu, tene temas halinde rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.
4. Gramaj: Minimum 25-40 g/m² arasında olmalıdır.

3.2 Boyutlar

5. Standart ölçüler: 80 cm × 200 cm veya 100 cm × 200 cm olmalıdır.
6. Kurum ihtiyacına göre farklı ölçülerde üretim yapılabilir.
7. Ölçüler ±%5 toleransla sağlanabilir.

3.3 Fiziksel Özellikler

8. Örtü su geçirmez, yırtılmaya ve delinmeye dayanıklı olmalıdır.
9. Ürün kenarları düzgün kesilmiş veya ultrasonik kaynakla birleştirilmiş olmalıdır.
10. Üründe koku, leke, deformasyon veya yabancı madde bulunmamalıdır.
11. Ürün rengi mavi, beyaz veya yeşil olabilir; kurum onayıyla belirlenir.

4. AMBALAJ VE ETİKETLEME

12. Ürünler hijyenik koşullarda, toz ve nemden korunacak şekilde ambalajlanmalıdır.
13. Her ambalaj içinde en az 10 veya 25 adet sedye örtüsü bulunmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde üretici/ithalatçı bilgileri, ürün adı, ölçüler, üretim tarihi, parti/lot numarası, CE işareti (varsa) ve 'Tek Kullanımlıktır' ibaresi yer almalıdır.

5. KALİTE VE STANDARTLAR

15. Ürün TSE, ISO 9001, ISO 13485 kalite yönetim sistemleri kapsamında üretilmiş olmalıdır.
16. Malzeme insan sağlığına zararlı kimyasal (ftalat, ağır metal, azo boya vb.) içermemelidir.
17. Ürün EN 13795 standardına uygun olmalıdır.
18. Ürünler üretici tarafından ürün güvenlik bilgi formu (MSDS) ile desteklenmelidir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit KAMAN
TKY

6. TESLİMAT VE MUAYENE

19. Teslim edilecek ürünler yeni, temiz, hasarsız ve steril ambalajlı olmalıdır.
20. Teslimatlar, kurumun belirlediği adrese, miktara ve takvime uygun şekilde yapılacaktır.
21. Muayene ve kabul işlemleri, ilgili komisyon tarafından yapılacaktır.
22. Şartnameye uygun bulunmayan ürünler yüklenici tarafından değiştirilecektir.

7. GARANTİ VE UYGUNLUK

23. Ürünler üretici garantisi kapsamında olmalıdır.
24. Yüklenici, teslim ettiği ürünlerin bu teknik şartnameye uygunluğunu belgelemekle yükümlüdür.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit TAMAN
TKY

GALOŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname, sağlık tesislerinde (hastaneler, ameliyathaneler, laboratuvarlar, steril alanlar vb.) kullanılmak üzere temin edilecek tek kullanımlık galoşların teknik özelliklerini, kalite gereklerini ve teslimat koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. GENEL TANIM

Galoşlar; personel, hasta ve ziyaretçilerin ayakkabıları üzerine geçirilerek hijyenin sağlanması, ortamın sterilizasyonunun korunması ve dışarıdan gelen kirlerin içeri taşınmasının önlenmesi amacıyla kullanılacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Galoşlar tek kullanımlık olmalıdır.
2. Malzeme: Polietilen (PE) veya Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Malzeme kaymaz, su geçirmez, yırtılmaya dayanıklı olmalıdır.
3. Renk: Mavi, yeşil veya beyaz renkte olabilir; homojen renkte ve lekesiz olmalıdır.
4. Ölçüler: Uzunluk: En az 38-42 cm, Genişlik: En az 15-17 cm, Kalınlık: En az 20 mikron olmalıdır.
5. Lastik: Ağız kısmında elastik lastik bulunmalı, sağlam dikiş veya kaynak ile monte edilmelidir.
6. Dikiş / Kaynak: Ultrasonik kaynak veya ısı kaynağı ile birleştirilmiş olmalı; açılma yapmamalıdır.
7. Dayanıklılık: Normal kullanımda (en az 4 saat) yırtılmadan kullanılabilir olmalıdır.
8. Koku: Üründe rahatsız edici plastik veya kimyasal koku bulunmamalıdır.

4. AMBALAJ VE ETİKETLEME

9. Galoşlar hijyenik koşullarda üretilmeli ve ambalajlanmalıdır.
10. Her paket içinde en az 50 veya 100 adet galoş bulunmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: Üretici veya ithalatçı bilgileri, ürün cinsi, miktarı, üretim ve son kullanma tarihi, parti/lot numarası, CE işareti (varsa), 'Tek Kullanımlıktır' ibaresi.

5. KALİTE VE STANDARTLAR

12. Ürün TSE veya ISO 13485 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
13. Galoşlar insan sağlığına zararlı madde içermemelidir (ftalat, ağır metal vb.).
14. Ürün, Sağlık Bakanlığı veya ilgili otorite tarafından onaylı üretici tarafından temin edilmelidir.

6. TESLİMAT VE MUAYENE

15. Teslim edilecek ürünler yeni, kullanılmamış ve hasarsız olmalıdır.
16. Kurumun belirlediği depoya teslim edilecektir.

Ahmet Emin YILMAZ
T.K.Y.

Mücahit YILMAZ
T.K.Y.

17. Muayene ve kabul işlemleri, ilgili komisyon tarafından yapılacaktır.
18. Şartnameye uymayan ürünler yüklenici tarafından değiştirilmek zorundadır.

7. GARANTİ VE UYGUNLUK

19. Ürünler üretici garantisi altında olmalıdır.
20. Yüklenici, teslim ettiği ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu belgelemekle yükümlüdür.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YILMAZ
TKY

HASTA ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname, sağlık tesislerinde kullanılacak olan hasta önlüklerinin temini, teknik özellikleri, kalite gerekleri ve teslimat koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. GENEL TANIM

Hasta önlüğü; muayene, tetkik, ameliyat öncesi ve sonrası işlemler sırasında hastaların mahremiyetini korumak, hijyen ve konfor sağlamak amacıyla kullanılan kişisel bir koruyucu giysidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Malzeme

1. Ürün tek kullanımlık (nonwoven spunbond) veya çok kullanımlık (pamuk/polyester karışımı kumaş) olarak üretilebilir.
2. Kumaş nefes alabilir, su itici, antialerjik ve antibakteriyel özellikte olmalıdır.
3. Kumaş gramajı: Tek kullanımlık için 30-40 g/m², yıkanabilir için 140-160 g/m² aralığında olmalıdır.

3.2 Model ve Tasarım

4. Önlük vücut ölçülerine uygun, kullanımı kolay bir tasarımda olmalıdır.
5. Uzun kollu veya kısa kollu, arkadan bağlamalı modelde olmalıdır.
6. Boy uzunluğu: en az 100 cm olmalıdır.
7. Kol uçları: lastikli veya manşetli olmalıdır.
8. Yaka tipi: bisiklet veya V yaka olabilir.
9. Renk: Açık mavi, yeşil veya beyaz olabilir; kurum onayı ile belirlenir.

3.3 Dikiş ve İşçilik

10. Dikişler düzgün, sağlam, sökülük veya yırtık olmamalıdır.
11. Kenar overlokları düzgün olmalı, iplikler dışarı sarkmamalıdır.
12. Tek kullanımlık ürünlerde ultrasonik kaynak kullanılabilir.

4. AMBALAJ VE ETİKETLEME

13. Ürünler temiz, hijyenik ve kuru ortamlarda ambalajlanmalıdır.
14. Tek kullanımlık ürünler steril paket veya bireysel ambalaj içinde sunulmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde üretici bilgileri, ürün adı, üretim tarihi, parti numarası, CE işareti (varsa) ve 'Tek Kullanımlıktır' veya 'Yıkanabilir' ibaresi bulunmalıdır.

5. KALİTE VE STANDARTLAR

16. Ürün TSE, ISO 9001 ve ISO 13485 kalite yönetim sistemlerine uygun olmalıdır.
17. Malzeme insan sağlığına zararlı madde (ftalat, azo boya, ağır metal vb.) içermemelidir.
18. Tek kullanımlık ürünler EN 13795 standardına uygun olmalıdır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

6. TESLİMAT VE MUAYENE

19. Teslim edilecek önlükler yeni, temiz, kullanılmamış ve deformasyonsuz olmalıdır.
20. Teslimatlar kurumun belirlediği adrese ve miktara göre yapılacaktır.
21. Muayene ve kabul işlemleri, şartnameye uygunluk açısından ilgili komisyonca yapılacaktır.
22. Uygun bulunmayan ürünler yüklenici tarafından yenileriyle değiştirilecektir.

7. GARANTİ VE UYGUNLUK

23. Ürünler üretici garantisi altında olmalıdır.
24. Yüklenici, teslim ettiği ürünlerin bu teknik şartnameye uygunluğunu belgelemekle yükümlüdür.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY