

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.10.2025

Sayı: **860**
Konu: MONİTÖR MODÜL KARTI VE POWER SUPPLY ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.10.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Futar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ GÜÇ KAYNAĞI - POWER SUPPLY			1	Adet		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ELEKTRONİK DEVRE KARTI ETCO2 MODÜLÜ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MONİTÖR MODÜL KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BLT marka Q5 model hastabaşı monitör cihazına uygun olmalıdır.
2. Monitör modülü kartı takıldığında standart işlevini yerine getirebilecektir.
3. Orijinal kutusunda ve Orijinal olmalıdır.
4. Monitör modül kartı için, firma bilgileri ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
5. Teklif veren firma teklifle birlikte üretici yada distribütör firmanın yetki belgesini sunmalıdır.
6. Monitör modül kartı, belirtilen şartlara uymadığı takdirde geri iade edilebilecektir.
7. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

18

Agri Davis, Assistant
Biomedical Scientist

AGRI EGİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
SEKİNGİ
Biyomedikal Cihaz Teknikleri

HASTABAŞI MONİTÖR POWER SUPPLY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Power supply BLT marka Q5 modellerine uygun olmalıdır.
2. Power supply takıldığında bütün fonksiyonlarını yerine getirebilecektir.
3. Power supply takıldığında mevcut işlevlerde sorun olmayacaktır.
4. Power supply orijinal ve orijinal kutusunda olmalıdır. Orijinal olmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Teklif veren firma teklifle birlikte üretici yada distribütör firmanın yetki belgesini sunmalıdır.
6. power supply CE belgeli olmalıdır. Bunu teklif ile birlikte belgelendirilmelidir.
7. Teklif veren firma teklifle birlikte üretici yada distribütör firmanın yetki belgesini sunmalıdır.


Dr. S. S. S. S. S.
Biyomedikal Mühendisi


Dr. S. S. S. S. S.
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Mühendisi


Dr. S. S. S. S. S.
AĞRI DEVLET VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SEÇİLİŞTİNİ
Biyomedikal Müh. Teknikeri