

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.10.2025

Sayı: 862

Konu: HİPOTERMİ BLANKETİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.10.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HİPOTERMİ BLANKETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) -S			50	Adet		
2	HİPOTERMİ BLANKETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) -M			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HİPOTERMİ ÖNLEYİCİ STERİL TULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ürün yenidoğan bebekler için olası tüm çevresel hipotermi faktörlerinden koruyarak etkili bir termoregülasyon sunmalıdır.
- 2.Ürün, yenidoğan bebeklerde vücut ısısının korunmasını sağlayacak yapı ve tasarımda olmalıdır.
- 3.Ürün, bebeğin anatomik olarak doğru bir şekil alması ve güvenilir bir sabitleme için çift katlı polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır.Dış katmanı 50 mikron,iç katmanı 30 mikron ölçüsünde olmalıdır.
- 4.Ürün,bebeğin cildini ve nefes hareketlerini izlemek için tamamen şeffaf olmalıdır.
- 5.Ürünün merkezinde bulunan cırtlı yapısı açıklık sağlayarak medikal ekipmanların yönetimini kolaylaştırmalıdır.
- 6.Ürün,ayarlanabilir başlığı sayesinde bebeğin kafasına tam uyumlu sabitlenmeli ve hava akışını önlemelidir.
- 7.Ürünün sırt kısmında bebeğin havayolunu açık tutmaya yardım olaniletim yoluyla ısı kaybına karşı bariyer oluşturan ve bebeğe rahatlık sunan ,önceden şekil verilmiş poliüretan materyalde köpük bulunmalıdır.
- 8.Ürün,farklı doğum ağırlığındaki bebekler için 3 farklı ebatta seçilebilmelidir.
 - .1 kg ağırlığın altındaki bebekler için 30X38cm ebatında küçük boy
 - .1kg ile 2.5kg ağırlığındaki bebekler için 38x44cm ebatında orta boy
 - .2.5kg ağırlığın üzerindeki bebekler için 38x50cm olmalıdır.
 - .Medium boy için 38x44cm, Large boy için 38x50cm olmalıdır.
- 9.Ürün CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
- 10.Ürün, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 11.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.

Uzm. Dr. Sinem ÇİĞCİVİT
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 201220-12m. Tes. No: 174660
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sally AKO
Sally
~~Sally~~
May 70k
Jan 2008 J-Barack
for Her
OK