

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.10.2025

Sayı: 874

Konu: TORAKS KATETERİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.11.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TORAKS KATETERİ TROKARLI STANDART UÇ 10CH			15	Adet		
2	TORAKS KATETERİ TROKARLI STANDART UÇ 8CH			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TROKARLI TORAKS KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter, yenidoğan bebeklerde plevral drenaj için tasarlanmış, plevra boşluğuna uyum sağlayacak esnek yapıda olmalıdır.
2. Kateter, PVC materyalden üretilmiş olup, travma oluşturmayan yuvarlatılmış açık distal uca sahip olmalıdır.
3. Kateter trokarı mukavemeti yüksek paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Trokar, uygulama kolaylığı sağlayan tutma mekanizmasına sahip olmalıdır.
4. Kateter, 10 fr çapında ve 8 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kateter, her santimetrede bir yanıl deliklere ve derinlik işaretçilerine sahip olmalıdır.
6. Kateter üzerinde X-Ray ışını altında görüntülenebilmesini sağlayan radyopak çizgi bulunmalıdır.
7. Kateter her türlü bağlantıya uyum sağlayacak proksimal uç tasarımına sahip olmalı, bağlantı için orijinal adaptörü ile birlikte verilmelidir.
8. Kateter, CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
9. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
11. Örnek numune gönderilmesi gerekir.

İzmir, Dr. Sinem ÖZGÖRMEZ
Firma Etiler ve Tıbbi Aletler
No: 114330

Siddik Yener

Nuray TOK

TROKARLI TORAKS KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter, yenidoğan bebeklerde plevral drenaj için tasarlanmış, plevra boşluğuna uyum sağlayacak esnek yapıda olmalıdır.
2. Kateter, PVC materyalden üretilmiş olup, travma oluşturmayan yuvarlatılmış açık distal uca sahip olmalıdır.
3. Kateter trokarı mukavemeti yüksek paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4. Kateter, 8 fr çapında ve 8 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kateter, her santimetrede bir yanıl deliklere ve derinlik işaretçilerine sahip olmalıdır.
6. Kateter üzerinde X-Ray ışını altında görüntülenebilmesini sağlayan radyopak çizgi bulunmalıdır.
7. Kateter her türlü bağlantıya uyum sağlayacak proksimal uç tasarımına sahip olmalı, bağlantı için orijinal adaptörü ile birlikte verilmelidir.
8. Kateter, CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
9. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
11. Örnek numune gönderilmesi gerekir.



Sadık Tanır
S. Y.

Nuray TOK

