

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.10.2025

Sayı: 875
Konu: SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.11.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON(CRB)			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Servikal olgunlaştırıcı ballon teknik şartnamesi

- 1-Serviksin indüksiyon için sakıncalı olduğu durumlarda doğum sancısından önce servikal kanalın mekanik genişlemesinde kullanılma uygun olmalıdır.
- 2-serviksin indüksiyonlarında doğal ve aşamalı olarak genişlemesini kolaylaştırmak için tasarlanmış olmalıdır.
- 3-uterin içinde kalacak balonu genişletmek için U harfli Chek-Flonun kırmızı işaretli, kısmından 20 ml'lik şırınga kullanılarak normal salinin 40 ml'si kullanıma uygun olmalıdır.
- 4-%100 silikondan imal edilmiş olup, French Size 18.0,uzunluğu 40 cm veçift 80 ml 'lik balondan oluşmalıdır.
- 5-uterin içersindeki balon şişirildikten sonra cihaz çekilerek balonun iç servikal duvara oturtulması sağlanmalıdır.
- 6-vajinal balon bu işlemten sonra dış servikal duvardan görülebilmelidir. 7-uterin dışında kalacak balonu genişletmek için V harfli chek-Flonun yeşil işaretli kısımdan 20 ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 20 ml'si kullanılabilmelidir.
- 8-her iki balon 80 ml'lik maksimum sıvıya ulaşana kadarher seferinde bir balona 20 ml'lik artırımlarla doldurulabilmelidir.
- 9-kullanım süresi 12 saatten fazla olmayıp,işlem için kolay yerleştirilip ve çıkarılabilir olmalıdır. 10-peel-open paketleme ile sterilize edilmiş olmalıdır.
- 11-tek kullanımlık için tasarlanmış olmalıdır. 12-orijinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.
- 13-ürün;uluslararası kabul görmüş standartlardan CEbelgesine sahip sahip olmalıdır.
- 14-teklif edilen ürün, T.C ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına kayıtlı ve T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- 15-ürüne ait marka adı,onaylı ürün numarası, üretici firma adı varsa model, firmaya ait malzeme kodu ürün tesliminde yazılı olarak sunulmalıdır.
- 16-ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından ürün numuneleri ihale saatinden önce teslim edilmelidir.



