



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  
31.10.2025 16:35:33 - E-36472700-949-293248500



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 03.11.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/İşin                                                                                                 |                                                                                          |         |        | KDV Hariç Teklif                                                                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sıra No                                                                                                                   | Malın/İşin Cinsi                                                                         | Miktarı | Birimi | Fiyat                                                                                   | Tutar |
| 1                                                                                                                         | ÇEKMECE RAYI(VİP PANO İÇİN RAY)                                                          | 80      | ADET   |                                                                                         |       |
| 2                                                                                                                         | OKSİJEN TERAPİ CİHAZI (FLOWMETREVE NEMLENDİRME KABI İLE) (FLOWMETRE)                     | 50      | METRE  |                                                                                         |       |
| 3                                                                                                                         | BAKIR BORU(12x1)                                                                         | 80      | ADET   |                                                                                         |       |
| 4                                                                                                                         | MERKEZİ SİSTEM VAKUM KAVANOZU 2000ML                                                     | 60      | ADET   |                                                                                         |       |
| 5                                                                                                                         | HASTA BAŞI BAR TİPİ YATAY GAZ ÜNİTESİ OKSİJEN SENSÖRÜ MONO JAK(HASTA YATAK BAŞI ÜNİTESİ) | 4       | ADET   |                                                                                         |       |
| 6                                                                                                                         | TIBBİ GAZ PRİZİ OKSİJEN (BS-DIN-ISO-EN)(OKSİJEN PRİZİ)                                   | 35      | ADET   |                                                                                         |       |
| 7                                                                                                                         | TIBBİ GAZ PRİZİ VAKUM(BS-DIN-ISO-EN-AFNOR)(VAKUM PRİZİ)                                  | 10      | ADET   |                                                                                         |       |
| 8                                                                                                                         | TIBBİ GAZ PRİZİ TIBBİ HAVA (BS-DIN-ISO-EN)(BH4 HAVA PRİZİ)                               | 5       | ADET   |                                                                                         |       |
| Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi<br><a href="mailto:eleskirdhsatinalma@gmail.com">eleskirdhsatinalma@gmail.com</a> |                                                                                          |         |        | Teklif Eden<br>...../...../2025<br>Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı<br>Kaşe-İmza |       |

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ÇEKMECE RAYI (VIP PANO İÇİN RAY ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Raylar Hastane bünyesinde bulunan mevcut vip hasta

Başının çerçevelerinde kullanılmalıdır.

2- Her bir çerçeve için 2 adet ray gerekmektedir.

3- Raylar 70cm uzunluğunda 4 cm çapında ve 3 kademeli olmalıdır.

4- Raylar krom malzemeden imal edilmiş olmalı paslanmamalıdır.

5- Yüklenici tarafından montaj yapıp çalışır halde teslim edilmelidir.

6- Teklif veren firma yerinde inceleme yapmalı ve uygun malzeme temin Etmelidir.

Muhammet ARSLAN  
Taşınır Kayıt Kontrol  
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Ceydet SARI  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İnce Devlet Hastanesi  
Erkan KAHRAMAN  
Acil Servis ve Personel  
Birimi Sorumlusu



## **OKSİJEN TERAPİ CİHAZI (FLOWMETRE VE NEMLENDİRME KABI İLE) (FLOWMETRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Flowmetre oksijen akışını ayarlamak ve kontrol etmek için tasarlanmış olmalıdır.
2. Flowmetrenin skala tüpü ve koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Yapımcı Firma flowmetrelere ait akredite kalibrasyon belgelerini flowmetre ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir
4. Flowmetrenin skalası 0-15 lpm aralığında olmalıdır.
5. Flowmetre üzerindeki skala ayar düğmesi pirinç malzemeden(MS 58)imal edilmiş, ve kromaj kaplı olmalıdır.
6. Flowmetre üzerindeki jak (prob) pirinç malzemeden(MS 58 )imal edilmiş olmalıdır.
7. Flowmetre AF Standardına uygun olmalıdır.
8. Flowmetrenin iç tüpü 0,5-5 lt / dk hassas seviye işaretlenmeli, 5-15 lt/dk standart ölçekte işaretlenmeli olmalıdır.
9. Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır. ilgi numunelerin nemlendirme kapları otoklava atılacak ve eriyen sekil değiştiren ve özelliğini kaybeden ürünler kabul edilmeyecektir.
10. Nemlendirme şişesi 134 °C otoklavda steril edilebilir olmalıdır.
11. Nemlendirme şişesi 200 ml kapasiteli olmalıdır.
12. Nemlendirme şişesi plastik kapaklı olmalı ve kapak üzerinde bağlantı somunu, hortum bağlantısı ve hava dağıtıcı bulunmalıdır Kapak üzerine flowmetre bağlantı somunu ve hortum bağlantısı krom kaplı (MS 58 )pirinç malzemeden olmalıdır. Plastik veya döküm olan ürünler kabul edilmeyecektir.
13. Nemlendirme şişesi üzerinde fazla besincin olması durumunda devreye girecek şekilde bir tahliye sistemi bulunmalıdır. Basıncıdaki istem dışı yükselmenin hastaya zarar vermesi ve ya nemlendirme şişesinin patlayarak flowmetreden ayrılması engellenmelidir.
14. Flowmetre üzerinde firma ismi, Markası, Minimum, Maximum ,CE gibi bilgiler mevcut Ve

Muharref ARSLAN  
Tasvir ve Kontrol  
Yetkilisi

Beşköy Devlet  
Cevd  
Beyazın Kayıt

Beşköy Devlet Hastanesi  
Erkan KAYIRMAN  
Acil Servis ve Personel  
Birimi Sorumlusu

kalıcı olmalıdır.

15..Flowmetre fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 (on) yıl boyunca ücret karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.

16. Flowmetre yapımçı firma tarafından yerine monte edilecektir.

17. Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı satış sonrası Hizmete Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

18, Üretici firma ISO 13485-2003 TSE Hizmete Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.

19. Satıcı firma ISO 9001-2008 ve TSE Hizmete Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır

20. Tüm Ürünler CE belgeli olmalı ve Ürün isimleri belge üzerinde açıkça yazmalıdır

21. Numuneler ve Teknik şartnamede istenilen kalite belgeleri ilgili birime teslim edilecek,

İstenilen kalitede ve Teknik şartnamede istenilen standartlar karşılamayan ürünler teslim edilecektir.

Muhammet ARSLAN  
Tıbbi Kontrol  
Yetkilisi

Elektir Devlet Hastanesi  
Cevdet SA  
Taşınır Kayıt Kurulu

Elektir Devlet Hastanesi  
Erhan KAHRAMAN  
Acil Servis ve Personel  
Birim Sorumlusu



## BAKIR BORUSU (12x1) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- **Malzeme:** Fosforla deoksitlenmiş bakır (Cu-DHP, %99,9 saf bakır)
- **Standart:** EN 13348 – Tıbbi gaz tesisatlarında kullanılan bakır borular
- **Ölçüler:** Dış çap 12 mm, et kalınlığı 1 mm
- **Durum:** Tavlı (R220)
- **Yüzey:** İç yüzey yağsız, kuru, oksitsiz; uçlar kapalı (plastik tıpalı)
- **Boy:** 5 m düz boru
- **Basınç Dayanımı:** Tesisat test basıncına uygun, sızdırmaz
- **İşaretleme:** Üretici adı, ölçü, standart, “OXYGEN / MEDICAL GAS” ibaresi
- **Kullanım Alanı:** Tıbbi gaz ve vakum tesisatları
- İç ve dış yüzeyler temiz, pürüzsüz ve yağ, oksit, çatlak, ezik vb. kusurlardan arınmış olmalıdır.
- Uçlar düzgün kesilmiş olmalı, çapak sız olmalıdır.
- Her boru üzerine üretici adı, ölçüleri, malzeme tipi ve üretim standardı kalıcı şekilde işlenmiş olmalıdır.
- Nakliye sırasında deformasyonu önleyecek şekilde paketlenmelidir.

Muhammet ARSLAN  
Taşınır Kayıt Kontrol  
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet GARI  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Erkan KAYKAMAN  
Acil Servis ve Personel  
Birim Sorumlusu

## MERKEZİ SİSTEM VAKUM KAVANOZU 2000 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Vakum kavanozları 2000 ml olmalıdır.
- 2- Vakum kavanozları poli karbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Vakum kavanozları Samandıralı ve çekvalfli olmalıdır.
- 4- Vakum kavanozları her bir kavanoz için 1 metre silikon hortum ve Lüleleriyle birlikte verilmelidir.(60 m silikon hortum 120adet lüle)
- 5- Vakum kavanozları duvar aparatıyla birlikte olmalı ve yüklenici Tarafından montaj yapılmalıdır.

Muhammet ARSLAN

Taşınır Kayıt Kontrol

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet Şenel  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Erkan ARIKAN  
Acil Servis ve Personel  
Birim Sorumlusu



# HASTA BAŞI BAR TİPİ YATAY GAZ ÜNİTESİ OKSİJEN SENSÖRÜ MONO JAK (HASTA YATAK BAŞI ÜNİTESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Hasta bağı üniteleri 150 cm olmalıdır.
- 2- Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Hasta bağlarının renkleri hastanenin belirlediği renklerde olmalıdır ve Fırınlanmış toz boyadan imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Hasta bağındaki gaz prizleri 3 gazlı olmalıdır (O2-BH4-VAKUM) şeklinde Olmalı ve gaz prizleri montajlı şekilde olacaktır.
- 5- Hasta başları montaj esnasında kullanılacak bakir borular medikal Özelliğinde olmalı ve sıva üstü tesisatı çekilip kablo kanalları gizlenmelidir.
- 6- Kullanılacak tesisat ve montaj elemanları yüklenici tarafından kurulumu Yapılmalı ve kaçak çapraz testlerini yapmalıdır.
- 7- Montaj esansında kullanılacak medikal borular 12x1 çapında ve 80 metre Uzunluğunda olmalıdır.

Muhammet ARSLAN  
Tasınır Kayıt Kontrol  
Yetkilisi

Erkhan Hastanesi  
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Erkhan Hastanesi  
Acil Servis ve Personel  
Birim Sorumlusu

## TIBBİ GAZ PRİZİ OKSİJEN (BS-DIN-ISO-EN) (OKSİJEN PRİZİ)

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Hastane bünyesinde bulunan medikal gaz prizleri ve hasta başları onarımı yapılacak.
- 2-Arızalı gaz prizleri ve hasta başları onarımı mümkün olmayan yerde yenisi takılacak; ve yüklenici ücret talep etmeyecek.
- 3-Gaz prizleri bs normunda olacak.
- 4-Gaz prizlerinde çekvalf sistemi olacak.
- 5-Gaz prizleri her bir gaz için özel olacak.
- 6- Gaz prizleri borulu ve kaynaklı olacaktır, ve montaj esnasında kullanılacak montaj Ekipmanları yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecek.
- 7- Gaz prizleri gövde prinç malzemedan imal edilip, krom kaplı olacaktır.

İSHAK KASLAN  
Muharrem KASLAN  
Tasın Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet KASLAN  
Tasın Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Erkan KAHRAMAN  
Acil Servis ve Personel  
Birim Sorumlusu



**TIBBİ GAZ PRİZİ VAKUM (BS-DIN-ISO-EN-AFNOR) (VAKUM PRİZİ)**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-Hastane bünyesinde bulunan medikal gaz prizleri ve hasta başları onarımı yapılacak.
- 2-Arızalı gaz prizleri ve hasta başları onarımı mümkün olmayan yerde yenisi takılacak; ve yüklenici ücret talep etmeyecek.
- 3-Gaz prizleri bs normunda olacak.
- 4-Gaz prizlerinde çekvalf sistemi olacak.
- 5-Gaz prizleri her bir gaz için özel olacak.
- 6- Gaz prizleri borulu ve kaynaklı olacaktır, ve montaj esnasında kullanılacak montaj Ekipmanları yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecek.
- 7- Gaz prizleri gövde prinç malzemeden imal edilip, krom kaplı olacaktır.

Muhammed ARSLAN  
Taşınır Kayıt Kontrol  
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cevdet ARICI  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Erkan YETİRKİ  
Acil Servis ve Personel  
Birim Sorumlusu

## TIBBİ GAZ PRİZİ TIBBİ HAVA (BS-DIN-ISO-EN) (BH4 HAVA PRİZİ)

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Hastane bünyesinde bulunan medikal gaz prizleri ve hasta başları onarımı yapılacak.
- 2-Arızalı gaz prizleri ve hasta başları onarımı mümkün olmayan yerde yenisi takılacak; ve yüklenici ücret talep etmeyecek.
- 3-Gaz prizleri bs normunda olacak.
- 4-Gaz prizlerinde çekvalf sistemi olacak.
- 5-Gaz prizleri her bir gaz için özel olacak.
- 6- Gaz prizleri borulu ve kaynaklı olacaktır, ve montaj esnasında kullanılacak montaj Ekipmanları yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecek.
- 7- Gaz prizleri gövde prinç malzemedan imal edilip, krom kaplı olacaktır.

Muhammed ARSLAN  
Tasınır Kayıt Kontrol  
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cerrahi Servisi  
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi  
Cerrahi Servisi  
Acil Servisi  
Birim Sorumlusu