



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  
03 11 2025 15 16 44 - E-36472700-949-293422505



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 04.11.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	3 KATLI MALZEME TAŞIMA ARABASI ALIM	3	ADET		
2					
3					
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>eleskirtdhsatinalma@gmail.com</u>				Teklif Eden ...../...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satin Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## 3 KATLI MALZEME TAŞIMA ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. GENEL HÜKÜMLER

- 1.1. Bu teknik şartname, hastanelerde ve sağlık tesislerinde kullanılmak üzere malzeme taşıma arabasının teknik özelliklerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.
- 1.2. Malzeme taşıma arabası, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve laboratuvar gibi alanlarda kullanılacaktır.
- 1.3. Ürün, sağlık personelinin tıbbi malzemeleri düzenli ve güvenli şekilde taşımaya olanak sağlamalıdır.
- 1.4. Yapı olarak sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 1.5. Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzeylere sahip olmalıdır.

### 2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Ürünün genel ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
  - Derinlik: 460 mm ( $\pm 10$ )
  - Genişlik: 670 mm ( $\pm 10$ )
  - Yükseklik: 800 mm ( $\pm 10$ )
- 2.2. Gövde malzemesi dayanıklı ABS plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.3. Üst tabla malzemesi ABS plastik olmalıdır.
- 2.4. Şase (alt iskelet) malzemesi ABS plastik olmalıdır.
- 2.5. Araba üzerinde 3 adet raf bulunmalıdır.
- 2.6. Raf lar malzeme taşımaya uygun genişlik ve derinlikte olmalıdır.
- 2.7. Raf ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
  - İçten içe:
    - Genişlik: 545 mm ( $\pm 10$ )
    - Derinlik: 400 mm ( $\pm 10$ )
    - Yükseklik: 25 mm ( $\pm 10$ )
  - Dıştan dışa:
    - Genişlik: 670 mm ( $\pm 10$ )
    - Derinlik: 460 mm ( $\pm 10$ )
- 2.8. Arabada 2 adet çekmece bulunmalıdır.
- 2.9. Her çekmecede 6 adet iç bölme bulunmalı, toplam 12 bölme olmalıdır.
- 2.10. Çekmece iç ölçüleri yaklaşık olarak:
  - Genişlik: 220 mm ( $\pm 10$ )
  - Derinlik: 415 mm ( $\pm 10$ )
  - Yükseklik: 95 mm ( $\pm 10$ )
- 2.11. Alt ve üst raflarda koruyucu bariyer bulunmalı, malzeme düşmesini engelleyecek şekilde sabit yapıdadır.
- 2.12. Yan tarafta entegre 2 adet malzeme sepeti bulunmalı, küçük tıbbi ekipmanların taşınmasına uygun yapıda olmalıdır.
- 2.13. Arabada 4 adet 75 mm çapında kauçuk tekerlek bulunmalıdır.
- 2.14. Tekerleklerin en az 2 tanesi frenli olmalıdır.
- 2.15. Tekerlerinin fren tertibatında paslanma ve korozyon açısından metal vb. türevleri kullanılmamalıdır.
- 2.16. Arabada ergonomik bir itme kulpu bulunmalıdır.
- 2.17. Gövde ve parçalar gri ve beyaz renk opsiyonlarıyla sunulmalıdır.
- 2.18. Yüzeyler deterjanlarla silinmeye ve suya dayanıklı olmalıdır.

### 3. OPSİYONEL AKSESUARLAR

- 3.1. Serum askısı opsiyonel olarak sunulmalı, ayarlanabilir yükseklikli ve sabitlenebilir olmalıdır.
- 3.2. Çekmece sayısı opsiyonel olarak 4 adete çıkarılabilir.

### 4. KULLANIM ALANLARI

- 4.1. Araba, ameliyathane içinde tıbbi cihaz ve malzeme taşımak için kullanılabilir olmalıdır.
- 4.2. Yoğun bakım ünitelerinde hastaya özel ekipmanların taşınmasını sağlamalıdır.

Aynur ERDOĞAN  
AHE

Yesim TEKTAŞ  
AHE

Erkan KAYRAMAN  
AHE

AHE

- 4.3. Acil servislerde hızlı müdahale için gerekli malzemelerin taşınmasına uygun olmalıdır.  
4.4. Laboratuvarlarda test ve analiz malzemelerinin güvenli taşınmasına olanak sağlamalıdır.  
4.5. Diğer hastane birimlerinde genel malzeme taşımacılığına uygun olmalıdır.

**5. GARANTİ VE SERVİS**

- 5.1. Ürün, imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.  
5.2. Yedek parça temini en az 5 yıl süreyle sağlanmalıdır.

**6. TESLİMAT VE KURULUM**

- 6.1. Teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 takvim günü olmalıdır.

Diyar ERDOĞAN  
Eh

Yesim TEKTAŞ  
Eh

ERKAN KANRAMAN  
Eh