

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.11.2025

Sayı: 831

Konu: KOTER CİHAZI İÇİN BİPOLAR PENSET VE KABLOSU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.11.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                                           | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | KOTERİZASYON PROBU ARA KABLOSU BİPOLAR - ÇİFT KUTUPLU |          |     | 50     | Adet   |              |              |
| Genel Toplam |                                                       |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## BİPOLAR PENSET VE KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif Edilen Bipolar Pensetler Hastanemiz ameliyathanesinde Mevcut Elektrokoter Sistemi İle Kullanımına Uygun Olmalıdır.
2. Teklif Edilen Bipolar Pensetler Hafif Ve Ergonomik Olmalıdır. Kullanım Yerine Göre Dokulara Zarar Vermemesi İçin Sivri Ve Keskin Olmamalıdır.
3. Bipolar Pensetler Eloksal Kaplamalı Olmalı Ve Herhangi Bir Şaseye Maruz Bırakmamalıdır.
4. Bipolar Pensetlerin Uçları Künt Olmalı Ve Non-Stic Kaplamalı Olmalıdır.
5. Bipolar Pensetlerin Tutmaç Kısımları Tırtıklı Olmalı Ve Ameliyat Esnasında Elden Kaymayacak Şekilde Mat Siyah Kaplamalı Olmalıdır.
6. Şartnameye Uygunluk Belgesi Hazırlamayan Ve Şartnamede İstenilen Özellikleri Sağlamayan firmaların Teklifleri Kabul Edilmeyecektir.
7. Tıbbi Kayıtlı Barkod Numarası Olmalıdır
8. Numune Bazında Değerlendirme Yapılacak Olup Uygun Görülen Bipolar Pensetler Satın alınacaktır.
9. Pensetlerle birlikte kabloları yanında bedelsiz olarak verilecektir.
10. Kablo 134° otoklav sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır.
11. Kablo üretim hatalarına karşı 6 ay garantili olmalıdır.

**EHF DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikleri

**EHF Esma UĞUZ UYGUN**  
Biyomedikal Teknikleri

AĞRI EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ  
Sedat ÇETİN  
Biyomedikal Teknikleri