



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-293956213

06.11.2025

Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **DİYALİZ BİRİMİMİZ İÇİN 1 KALEM SU ARITMA -YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/11/2025 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SU ARITMA- YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG	ADET	100		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
OPR.DR.METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 679B97CE-C906-4F65-BCAE-DBAD7F872771

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG (TABLET TUZ)

- 1-Teklif edilen tablet tuzlar 25 kilogramlık iç içe geçmiş çift torba içerisinde olmalıdır.
 - 2-Ambalaj üzerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlıından ruhsat tarihi ve numarası, üretim yeri ve tarihi bulunmalıdır.
 - 3-Kaliteli rafine edilmiş tuzdan yapılmış olmalı, içeriğinde reçine, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek (tortu, kil, çamur, kum vs.) yabancı maddeler içermemelidir.
 - 4-Malzemelerin teslim tarihinden sonra en az 2 (iki) yıl son kullanım miadı olmalıdır.
1. Diyaliz Merkezi su arıtma sisteminin rejenerasyonunda kullanılabilir olmalıdır. Pirojenik olmamalıdır.
 2. Tabletlerde pestisit kalıntısı O(sıfır) olmalıdır.Bu durum analiz raporu (özel veya resmi) ile belgelenmelidir. Analiz raporları aşağıdaki değerleri sağlamalı ; Naci oranı Rutubet Miktarı Suda Erimeyen Madde Asitte Erimeyen Madde Magnezyum :%0.01 :%0.1 :kendine özgü :beyaz renkli ve tablet :%99.9 :%0.14Ca :%0 Sülfat :%0 Koku ve Tat :%0.01 Renk ve görünür Tortu bırakmamalıdır. Fe, Cu, Hg, Zn, As, ve Pb gibi istenmeyen element içeriği en fazla %0.01 olmalıdır.
 3. Tabletler 5-10gr preslenmiş tabletler halinde olmalıdır. 5
 4. Tabletler iyon değıştirici su yumuşatma, Reverse osmos ve diyaliz su sistemlerinde kullanılmak için hazırlanmış ultra rafine tablet olmalıdır.
 5. Tabletler uygun basınçta preslenerek uygun çözünürlükte olmalı, su ile temas ettiğinde hemen çözünmemelidir.
 6. ISO ve TSE kalite belgesi olmalıdır.
 7. Solüsyonlarda teknik kullanım yönünden ilerde herhangi bir problem olduğunda eldeki malzemenin uygun malzeme ile değıştirilmesi taahhüdünde bulunmalıdır.
 8. Hemodiyaliz ünitesinde reverse osmosis su sistemi yumuşatıcıları için kullanılabilir şeffaflık ve kalitede olacaktır.(Rafine tuzdan mamul olacaktır).
 9. Su geçirmeyecek içi naylonlu çift katlı şekilde ambalajlanmış olacaktır.
 10. Oda koşullarında saklanabilmelidir.
 11. Komisyon tarafından değlendirilmek üzere numune gönderilmelidir.

Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Nesye DURMUŞ
Biyomedikal Teknikeri

Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BAŞARCAN
Biyomedikal Teknikeri

Diyaliz Doktoru
İlhan SEVİRK
Piyas