

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.11.2025

Sayı: 903

Konu: PERİFERİK SANTRAL VENÖZ KATETER (1F YENİDOĞAN) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.11.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PERİFERİK SANTRAL VENÖZ KATETER 1F YENİDOĞAN			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1 FR PERİFERİK SANTRAL VENÖZ KATETER TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kateter, 1 kg'dan az yeni doğan bebeklerde periferik olarak yerleştirilerek ilaç ve paranteral beslenme solüsyonu vermek için imal edilen santral venöz kateter olmalıdır.
2. Kateter, enfeksiyon riskini minimuma indiren ve vücut ısı ile yumuşayabilen poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalı ve X-Ray altında görülebilir olması için radyopak olmalıdır.
3. Kateter içerisinde, yerleştirme kolaylığı sağlayan nikel titanyum malzemeden imal stile bulunmalıdır.
4. Kateter stilesinin kolaylıkla çıkartılabilmesi ve kateterin yıkanabilmesi için sıvı infüzyonu yapmayı sağlayan Y portu bulunmalıdır.
5. Kateter çapı 1 FR / 28 G olmalı ve uzunluğu 8, 15, 20 veya 30 cm olarak seçilebilmelidir.
6. Kateterin yıkama hacmi 0,09 ml, akış hızı 0,7 ml/dakika olmalıdır.
7. Kateter seti içerisinde, paslanmaz çelik materyalden imal edilmiş kırılabilir özellikte iğne olmalıdır. İğnenin çapı 24 G ve uzunluğu 19 mm olmalıdır.
8. Kateter setin içerisinde, doğru konumlandırmayı sağlamak adına tek kullanımlık mezura yer almalıdır.
9. Kateter üzerinde, damar içerisinde ne kadar ilerletildiğini tanımlamak için 1 cm aralıklarla derinlik işaretçileri bulunmalıdır. Bu işaretçiler her 5 cm'lik periyotlarda daha görünür olmalıdır.
10. Kateterin distal ucunda, kateterin başarıyla çıkarıldığını görsel olarak bildiren siyah bir işaretçi çizgi bulunmalıdır.
11. Kateter ucu damar hasarı riskini azaltan atravmatik özellikte tasarlanmış olmalıdır.
12. Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda, infüzyon kolaylığı için 8 cm uzunluğunda uzatma hattı olmalıdır. Uzatma hattı üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemp bulunmalıdır.
13. Kateter seti içerisinde yerleştirme esnasında gerekli olabilecek tüm malzemeler yer almalıdır.
14. Kateter CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
15. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
16. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.

Not: Örnek numune gönderilmelidir.

Nuray Tok

Özdemir
Yılmaz

L