

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

14.11.2025

Sayı: 909

Konu: 10 KALEM ERGO TERAPİ REHABİLİTASYON MALZEMELERİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.11.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EL EGZERSİZ TOPU SETİ			1	ADET		
2	DİĞİFLEX SET			1	ADET		
3	EGZERSİZ HAMURU SETİ			1	ADET		
4	HAND XTRAINER			4	ADET		
5	CANDO WEB			6	ADET		
6	PLATES TOPU SETİ			1	ADET		
7	BOSU			1	ADET		
8	KURŞUN AĞIRLIK TORBASİ SETİ			1	ADET		
9	DUMBEL SETİ			1	ADET		
10	BECERİ KÜPÜ			1	ADET		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ ERGOTERAPİ REHABİLİTASYON MALZEMELERİ SETİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Birimi tarafından yeni açılan Ergoterapi Ünitesinin ihtiyacı olan Madde 2'deki teknik özellikleri belirtilen malzemelerin alımı için hazırlanmıştır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. BECERİ KÜPÜ

1. Ürün kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün her tarafında farklı beceriler geliştirmeye yönelik uygulamalar olmalıdır.
3. Düğme ilikleme, fermuar açıp kapama, bağcık bağlama, cırt cırt açma kapama, kemer açma kapama gibi uygulamalar yapılabilmelidir.
4. Ürünün her bölmesi farklı renklerde olmalıdır.
5. Kaliteli ve uzun süre kullanıma uygun olmalıdır.

2.2. EL EGZERSİZ TOPU SETİ

1. Toplar fizik tedavide el egzersizleri yapılabilecek yapıda olmalıdır.
2. Top seti en az 5 adet toptan oluşmalıdır, toplar yuvarlak olmalıdır.
3. Her egzersiz topunun yumuşaklığı ve direnci farklı olmalıdır ve bu farklı dirençteki topların ayırt edilebilmesi için her biri ayrı renkte olmalıdır.
4. Toplar çabuk bozulmayan ve direnç özelliğini kaybetmeyen yapıda olmalıdır.
5. Toplar sıcak ve soğuk uygulamalara uygun olmalı bu özelliğin kullanımı için mikrodalga ısıtıcılar ya da donduruculara konabilmelidir.

Fizyoterapist
Bilal ÇELİK

Ergoterapist Yaremin YAZGİ
Yaremin

Fizyoterapist
Almet Ali Karademir

2.3. DİGİFLEX SET

1. Malzeme el parmaklarını çalıştırmak için tasarlanmış olmalıdır.
2. Malzeme üzerinde 2-3-4-5. Parmakları bağımsız çalıştıracak şekilde yaylı sistem olmalıdır.
3. Malzeme 5 değişik renk koduyla belirtilmiş ve her renk ayrı dirençte olarak set ve setin sehpası ile birlikte verilmelidir.
4. Malzeme hafiften sertte doğru sarı, kırmızı, yeşil, mavi, siyah renkte ve sırasıyla toplam uygulanan ağırlık 0.7-1.4-2.3-3.2-4.1 kg olmalıdır.

2.4. EGZERSİZ HAMURU SETİ

1. Egzersiz hamuru 6 değişik renk ve sertlikte olmalıdır.
2. Her sertlikteki hamurun rengi farklı olmalıdır.
3. Egzersiz hamuru non toksik ve anti-mikrobiyal olmalıdır.
4. Egzersiz hamurları en az 450 gramlık kutularda olmalıdır.

2.5. HAND XTRAINER


1. Ürün elastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Ürünler delikli olmalı ve bu deliklerle parmak flexion ve ekstansiyon çalışmak mümkün olmalıdır.
3. Ürünlerin her rengin direnci farklı olmalıdır.
4. En az 4 farklı renkte olmalıdır.

2.6. CANDO WEB

1. Webler elastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Webler delikli olmalı ve bu deliklerle parmal flexion ve ekstansiyon çalışmak mümkün olmalıdır.
3. Webler 6 farklı renkte küçük 18 cm çaplı olmalıdır.
4. Weblerin her rengin direnci farklı olmalıdır.


Fizyoterapist
Bilal ÇELİK

Fizyoterapist
Ali Ali Karaman

Ergoterapist Yaremin YARCI


2.7. Pilates Topu Teknik Şartnamesi

1. Toplar gövde egzersizleri ve rehabilitasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır
2. Topların üzerine basınç bindiği zaman dereceli olarak artan bir direnci olmalıdır.
3. Pilates egzersiz toplarının delinme durumunda havasının yavaş yavaş inmesini sağlayacak ABS sistemi olmalıdır.
4. Toplar delinmeye veya patlamaya karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Pilates topları yumuşak, kalın plastikten yapılma, havayla şişirilmiş, büyük ve sıkı yapılı olmalıdır.
6. Toplar kolaylıkla şişirilip söndürülebilir, yıkanabilir olmalıdır.
7. Pilates Toplarının boyutları 55-65-75 cm olmalıdır.
8. Her boyuttan 2 Adet verilmelidir.

2.8. BOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bosu denge topu, denge egzersizleri için olmalıdır.
2. Bosu denge topu hava ile şişirilerek stabilitesi ayarlanabilmelidir.
3. Bosu denge topunun çapı en az 63cm olmalıdır
4. Ürün 1 adet şişirme pompası ile birlikte verilmelidir.
5. Ürün imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

2.9. KURŞUN AĞIRLIK TORBASİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurşun ağırlık torbaları fizik tedavi kliniğinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kurşun ağırlık torbaları her hasta kol ve bacağına uygulanabilmesi için ayarlı bir velkro sistemine sahip olmalıdır.
3. Kurşun ağırlık torbaları çabuk deforme olmayan sağlam bir kumaşla kaplanmış olmalıdır.
4. Bir set içinde aşağıdaki miktarlarda ve ağırlıklarda kurşun ağırlık olmalıdır.

- 0.5 kg 'lık 2 adet
- 1 kg 'lık 2 adet
- 1.5 kg 'lık 2 adet
- 2 kg 'lık 2 adet
- 2.5 kg 'lık 2 adet
- 3 kg 'lık 2 adet
- 4 kg 'lık 2 adet
- 5 kg 'lık 2 adet

Fizyoterapist
BİLAL ÇELİK

Fizyoterapist
Ahmet Ali Karademir

Ergoterapist Yasemin YAZGI
Yasemin

2.10. DUMBEL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dumbel güçlendirme ve rehabilitasyon amaçlı olmalıdır.
2. Dumbeller kaliteli vinil kaplı ve ergonomik yapıda olmalıdır.
3. Dumbellerin bir arada durabilmesi için ağırlık istasyonu olmalıdır.
4. Dumbellerin ağırlıkları ve sayısı aşağıdaki şekilde olmalıdır.

-0.5 kg Dumbel 2 adet

-1 kg Dumbel 2 adet

-2 kg Dumbel 2 adet

-3 kg Dumbel 2 adet

-4 kg Dumbel 2 adet

-5 kg Dumbel 2 adet

Fizyoterapist
Bilal ÇELİK

Fizyoterapist
Ahmet Ali KANDIR

Ergoterapist YASEMİN YAZGI