

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

18.11.2025

Sayı:

Konu: 3 Kalem Biyomedikal Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.11.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BUHAR STERİLİZASYON BOWIE-DICK TEST İNDİKATÖRÜ SINIF 2		25	Adet		
2	ABR CİHAZI ELEKTRODU 3 LÜ ÇOK KULLANIMLIK		500	Takım		
3	EKG KABLOSU (10 LEDLİ)		1	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ABR CİHAZI ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sağlık tesisismizde kullanılan MADSEN AccuScreen marka ısıtma tarama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Bir karttan 3 snap elektrodu olmalıdır.
- 3- Anti alerjik , kendinden yapışkanlı ve hasta cildine yapışan yüzü hidrojenli olmalıdır.
- 4- Elektrodlar tek kullanımlık(disposable) ve çiftitli olmalıdır.
- 5- Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.
- 6- Elektrotlar orijinal ambalajında gönderilmelidir. Bir pakette 3 elektrot olmalıdır.
- 7- Elektrotlar yüz ergonomisine uyumlu olmalıdır.
- 8- Elektrotlar kenarları yuvarlatılmış kare şeklinde olmalıdır.
- 9- Elektrotların son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- 10- Firma üretim kaynaklı hatalara garanti vermemelidir.
- 11- Ürün kesinlikle original olmalıdır taklit veya muadil ürün kabul edilmeyecektir.

EKG KABLOSU

- * NİHON KOHDEN marka CardiofaxM model cihaza uyumlu olmalıdır.
- * 10 ledli olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

BUHAR STERİLİZASYON BOWIE-DICK TEST İNDİKATÖRÜ

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Buhar geçişini kontrol etmek için kağıt bariyerlere sahip olmalıdır.
3. Medikal kâğıda sarılı olmalıdır. . Test paketi 300gr(+20gr) en az 400 yaprak olmalı ve ebatları 12,5*12,5*3.2cm(+0.5cm) olmalıdır.
4. Kağıt bariyerlerin tam ortasında otoklavdaki buhar geçiş ve hava kaçak problemlerini tespit etmek için film yada lak kaplı özel indikatör baskılı test kartı olmalıdır. Test kartının arkasında hastane adı, bölüm, otoklav no, cycle no ve tarihin yazılabileceği bölümler olmalıdır. İndikatör stribinin hammaddesi 250 gr/m²beyaz bristol kağıttan olmalıdır.
5. İndikatör su bazlı olmalıdır. Başlangıç rengi ile final rengi yorum kolaylığı sağlayacak şekilde olmalıdır.
6. Otoklavlardaki seri kullanıma başlamadan önce Bowie-Dick programında kullanıma uygun olup problemleri tespit edebilmelidir.(134-137°de 3.3- 3.5 dak. da)
7. Medikal kâğıda sarılı olan test paketi üzerinde bir işlem indikatörü olmalıdır.
8. Üzerinde son kullanma tarihi(en az 2 yıl), üretim tarihi, lot numarası, ve üreticinin ismi olmalıdır.
9. Yerli malı belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
10. Ürün ile birlikte renk dönüşüm skalası temin edilmelidir.
11. Ürünün onaylanmış kuruluştan alınma (notifed body) ISO EN 11140-4 uygunluk sertifikası olmalıdır ve CE belgesine sahip olmalıdır.
12. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir. Bu konuda alınmış analiz sertifikası olmalıdır.

Özlem Kılıç
Hemşire
J.K.