

BRANDA SEDYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta nakil etmek için rahat kullanımlı olmalıdır.
2. Yıkabilir özellikte sağlam su geçirmez ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Her iki tarafından 3'er ya da 4'er adet olmak üzere en az 6 adet taşıma kulpu olmalıdır.
4. Kulplar karşılıklı olup tüm sedyeyi enden dolanmalıdır.
5. En az 220 cm uzunluğunda ve 75 cm genişliğinde olmalıdır.
6. En az 150 kg taşıma kapasitesinde olmalıdır.
7. Vinil veya pvc lamineli brandadan üretilmiş olmalıdır.
8. Branda sedye hasta nakilleri esnasında karışmaması adına kırmızı renkte olmalı ve üzerine **AĞRI 112** ibaresi basılı olmalıdır. Basılacak olan **AĞRI 112** ibaresi siyah renkli olup, yıkanma ve taşımaya bağlı sürtünmelerde kolay aşınmayacak şekilde olmalıdır.
9. Üründen orijinal ambalajında 1 adet numune verilmelidir. Nihai değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.

ÜYE
Atilla DİNLER

ÜYE
Yasemin DİŞÇİ

BAŞKAN
Dr. Hasan Ali İPEK

ACİL İLAÇ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAME

- 1.1 Ampul çantasının duvarları PU dolgulu darbe emici olmalıdır.
- 1.2 Ampul çantasının en az 100 adet enjektör ve ampul alabilme kapasitesi olmalıdır.
- 1.3 Ampul bölümlerinin boyutları 30-33 cm uzunluğunda, 23-25 cm eninde ve 8-10 cm yüksekliğinde olmalıdır.
- 1.4 Ampul bölümleri arasında aynı malzemeden yapılmış ve içi PU dolgu olan, ampullerin birbirine çarpmasını engelleyici ara kat olmalıdır.
- 1.5 Ampul çantasının kenarları içinde çepeçevre plastik bir malzeme bulunmalıdır.
- 1.6 Çanta boyu 35-38 cm, eni 65-68 cm ve yüksekliği de 30-32 cm olmalıdır.
- 1.7 Ürün CE belgeli olmalıdır.

ÜYE

Atilla DİNLER

ÜYE

Yasemin Dişçi

BAŞKAN

Dr. Hasan Ali İPEK