

## MINDRAY DEFİBRİLATÖR UYUMLU RULO EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Beneheart D6 model ve Beneheart D7 model defibrilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ekg kağıdı rulo şeklinde olmalıdır.
3. Ekg kağıdının ölçüleri 80mm eninde 20 metre uzunluğunda olmalıdır.
4. Ekg kağıdı kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır.
5. Yatay ve dikey hat çizgileri olmalıdır.
6. Ekg cihazında görüntülenen elektriksel aktivitenin kağıda basılması ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
7. Kağıtlar termal olmalı ve üzerine grafler net ve belirgin çıkacak şekilde olmalıdır.
8. Alınacak ekg kağıdı UBB koduna sahip olmalıdır.

Hs/21 oevs  
Ay

Ferhan Özcan  
den

Hakan Ali İPEK  
Luğ

## SCHİLLER DEFİBRİLATÖR UYUMLU Z KATLI EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Schiller marka ve Argus Pro LifeCare 2 model defibrilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ekg kağıdı Z katlı şekilde olmalıdır.
3. Ekg kağıdının ölçüleri 114mm\*95mm\*20 metre boyutunda olmalıdır.
4. Ekg kağıdı kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır.
5. Yatay ve dikey hat çizgileri olmalıdır.
6. Ekg cihazında görüntülenen elektriksel aktivitenin kağıda basılması ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
7. Kağıtlar termal olmalı ve üzerine grafiler net ve belirgin çıkacak şekilde olmalıdır.
8. Alınacak ekg kağıdı UBB koduna sahip olmalıdır.

Hilal ÖZG



Ferhan ÖZAL



Hasan Ali İPEK



## YANIK SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yanık vakalarında kullanılmak üzere yumuşak sargı ve örtü vb. Malzemelerinden imal edilmiş Set Şeklinde olmalıdır.
2. **5 adet hidrojel içerikli şerit örtü en az 25 x 500 mm (parmak için)**  
**2 adet hidrojel içerikli ince kol şerit örtü en az 50 x 1000 mm (kol için)**  
**5 adet hidrojel içerikli yara/yanık örtüsü en az 10 x 10 cm**  
**2 adet hidrojel içerikli yara/yanık örtüsü en az 20 x 20 cm**  
**2 adet hidrojel içerikli yara/yanık örtüsü en az 60 x 40 cm**
3. Her türlü I-II-III derece yanık vakalarında emniyetli şekilde kullanılabilirdir.
4. Anti mikrobik ve anti bakteriyel olmalıdır.
5. Oda sıcaklığında en az 5 saat nemli kalarak etkisini gösterebilmeli bu sebepten aktif maddesi melaleuca aternifolia oil ve viskositesi yüksek (en az 5000 cps) hidrojel olmalıdır.
6. Çıkartıldığında yara üstünde atık madde ve lif bırakmamalıdır.
7. Yara yüzeyini nemli tutabilmeli, kurumamalı bu sayede ağrıyı azaltabilmelidir.
8. Ürünün etkinliği hakkında yapılmış uluslararası bilimsel çalışmalar olmalı istenildiğinde firma bu evrakları beyan edebilmelidir. (Deri iritasyon, antimikrobik etki, akut sistemik toksisite, v.b.)
9. **Ürün tüm malzemelerin bir arada sunulduğu bir çanta teslim edilmeli** yara örtüleri dışında çantada: 20 ml enjektör 1 adet, 5x2,5cm (en az) flaster 1 adet, steril cerrahi eldiven 1 adet, 1 adet elastik bandaj 7,5x 4500cm, 5 adet standart yanık battaniyesi (alüminyum), 1 adet **Cerrahi küt uçlu makas**, 4 adet soft bandaj 60x50 içermelidir.
10. Steril olarak getirilen ürünler gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.
11. Son kullanım tarihi en az 5 yıl olmalıdır.
12. Ü.T. ve SKT paket üzerinde yazılı olmalıdır.
13. Miadın uzun süreli olması, temin süresi itibariyle en az 5 yıl olmalıdır.
14. Ürün UTS ve Sağlık Bakanlığı bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır.
15. **Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.**

Hilal Oğuz

Rehan Özcan

Hasan Ali İpek

