

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.11.2025

Sayı: 330

Konu: STERİLİZASYON BİRİMİ ÇİN PLASTİK KONTEYNER KLİDİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.11.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CERRAHİ ALET KONTEYNER KLİDİ (PLASTİK KONTEYNER KLİDİ)			10000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halledilmesi Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PLASTİK KONTEYNER KİLİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 2.Üretici firma EN ISO 9001:2000 Kalite belgesine sahip olmalıdır.
- 2.Konteynerlarda kilitlenme imkanına sahip olmalıdır.
- 3.Ürün 134 santigrat derece sıcaklık değerine dayanıklı olmalıdır.
- 4.Ürün üzerinde kilitler bölümden uzun kısım tamamlanmış olmalı ve kilitler çıkmamalıdır.
- 5.Ürünün rengi mavi veya kırmızı olmalıdır.
- 6.Ürünün kutusunda 1000 adet buhar plastik konteyner kilidi bulunmalıdır.
- 7.Kilit kırılması istenildiğinde kolayca kırılmalıdır.
- 8.Numune değerlendirme için 50 adet ürün teslim edilmelidir.
- 9.Ürün 27 mmx40 mm ölçütünde olmalıdır.
10. Aşağıda ilgili resimde ürünün bir örneği verilmiştir.

Vedat OĞUL

Fırat YERLİKAYA

Melike DOĞAN

