



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 21.11.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	VAJİNAL SPEKULUM ,ORTA	500	ADET		
2	VAJİNAL SPEKULUM, BÜYÜK	500	ADET		
		TOPLAM			
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi elaskirtdhsatinalma@gmail.com			Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza		

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT3888 VAJİNAL SPEKULUM

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün vajinal muayene ve biyopsi işleminde kullanılmak üzere açma kuvveti sağlamalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün en az 3 adet farklı boy seçenekleri olmalı(küçük-orta-büyük) ve bu boyların renk kodları bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün şeffaf ve sert plastikten olmalıdır. 4. Üründe bulunan kilit sistemi tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır. 5. Ürünün kilit sisteminde kullanılan dili spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olmalı, kabza kısmında ise operatörün spekulumu istediği açıda sabitleyebilmelidir. 6. Ürün yüzeyi üzerinde çapak olmamalıdır. 7. Ürün steril veya temiz oda standartlarında üretilmiş olmalıdır. (ISO CLASS 7 ve CLASS 8 oda yüzey ve hava biyokontaminasyon ölçümleri ve mikrobiyolojik yeterlilik raporları olmalı, bu raporlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış akredite kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.)
Genel Hükümler:	8. Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir.

İpek YÜCE
Kubra KAVEN