



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 21.11.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KAYNAK OKSİJEN TÜPÜ (10 LT)	10	ADET		
2					
		TOPLAM			
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirtdhsatinalma@gmail.com			Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza		

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KAYNAK OKSİJEN TÜPÜ (10 Lt) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüp Alüminyum 6061 T6 alaşımından mamul, dikişsiz, yeniden doldurulabilir türde olmalıdır.
- Tüpün ağız kısmında bulunan kapak dişlisi Alüminyum 6061 alaşımdan imal edilmiş olmalı ve başka herhangi bir materyal içermemelidir. Çalışma basıncı en az 150 Bar, test basıncı en az 250 bar olmalıdır.
- Tüpün neckringli ve vanasız boş ağırlığı 13.25 +/- 0,25 kg, boyu 655 mm ve çapı 176 mm olmalıdır.
- Tüpün boyun kısmında üretici firma bilgileri, üretim tarihi, çalışma basıncı, test basıncı, UN Damgası ve sertifikasyon bilgisi kazınmış harflerle yazılmış olmalıdır.
- Tüple birlikte TS EN ISO 10297 veya dengi Uluslararası onaylı kuruluşlardan belgelendirilmiş oksijen vanası verilmelidir.
- Tüple birlikte koruma kapağı verilmelidir.
- Tüp RAL 9010 boyalı olmalıdır.
- Tüpün vana giriş dış ölçüsü oksijen standartına uygun 25E konik ölçüde olmalıdır.
- Tüplerin iç yüzeylerinde buhar ve yağ alma temizliği yapılmış olmalı, kir ve tufal bulunmamalıdır.
- Tüplerin tamamı yeni ve kullanılmamış olmalıdır. Tüplerin üretim tarihi alım yapılan tarihten itibaren bir yıldan daha eski olmamalıdır.
- Tüpler dolu ve kapaklı halde teslim edilecektir.
- Kurum istediği takdirde numune gönderimi yapılmalıdır.

Muhammed ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol

Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Ceydet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Peri Anest. G. Gök
Nuh